

別紙1

令和3年度保守対象予定医療機器

管理番号	R 3 仕 様 書 番 号	器 械 名	機 種	メーカ－	購入年度	設置場所	対 象 台 数	保守仕様詳細 (甲は契約書第3条に記載した契約金額以外には、★列に記載された事項を除き一切の費用負担を要しないものとする)					備 考
								契約内容					
								定期点検 回数	オンコール費	交換部品代金	交換部品代金に含まれないもの	特別保証 管球交換	
					平成		台				★		
総合	01	画像ワークステーション	AdbantagWorkstation	G E	17	循環器センター	1	－	○	○	－	－	
総合	02	P E T－C T	Discovery ST Elite16 1式 Discovery ST Elite Performance16 2式	G E	18	PETセンター	3	4	○	○	3本目以上/年管球	○	管球交換は全体で2本/年まで含む。サポートエンド（部品がある限り対応）
総合	03	コンピュータ処理 放射線撮影装置	FCR SPEEDIA CS 4台 FCR XG－1 (RU) 2台 DRYPIX 7000 2台 CR Console Adv 6台	富士フィルム	15	放射線	14	2	○	○	－	－	
総合	04	コンピュータ処理 放射線撮影装置 （救急）	FCR XL-1 1台 FCR XG-1 1台 DRYPIX 7000 1台 CR Console Adv 2台 Console Adv MOBILE 1台 SYNAPSE-QA 4台 CALNEO C(14×17Wireless) 2台 CALNEO C (17×17Wirless) 1台 CALNEO Smart G47 1台 CALNEO Smart C47 2台 Console Advance Mobile 1台 DR Calneo HC (MP) 2台 DR Calneo HC (MC) 1台 Calneo Smart C77 1台 DR-ID 900CL 1台 FUJIFILM AP 1台	富士フィルム	15～ 21	放射線	14	2	○	○	－	－	3年度保守契約追加機器 CALNEO Smart C47 2台 ConsoleAdvanceMobile 1台 DR Calneo HC (MP) 2台 DR Calneo HC (MC) 1台 Calneo Smart C77 1台 DR-ID 900CL 1台 FUJIFILM AP 1台 （FPD落下補償は放射線科C47は3回、救急C47は2回まで、救急C77は3回まで）
総合	05	造影剤注入器	デュアルショットGX 1台 ソニック・ショット 1台 オートエンハンスA-60 1台	根本杏林堂			3	1	○	○	－	－	
総合	06	X線TV装置	Sonialvision Safire 1式	島津製作所	17	放射線	1	2	○	○	－	○	
総合	07	密封小線源腔内治療装置	RAL－C／KX0－50G 1式 マイクロセレクトロンHDR 1式 オンセントラ・ブラキー 1式	キャノンメディカルシステムズ	14	放射線	1	2	○	△	－	△	RAL-C、マイクロセレクトロンHDRがサポートエンド（部品ある限り対応）
総合	08	C T（東芝64列Aquilion2）	TSX-101A/HA 1式	キャノンメディカルシステムズ	20	循環器センター	1	4	○	○	－	○	
総合	09	位置決めCT装置（東芝Aquilion16LB）	TSX-201A/1A 1式	キャノンメディカルシステムズ	20	放射線	1	2	○	○	－	○	
総合	10	放射線治療装置（Ⅲ）	ONCOR Impression plus OPTIVUE 1000ST 160M L C	キャノンメディカルシステムズ	22	放射線	1	4	○	○	クライストロン、セラミックス イッチ、RFドライバ－、加速管を除く	○	高額消耗品除く
総合	11	デジタルガンマカメラ (Symbia E)	Symbia E GMS-7700B	キャノンメディカルシステムズ	22	核医学	1	2	○	△	検出器・シンチレータ－	－	高額消耗品除く
総合	12	回診用X線装置	130HP 4台	日立製作所	14～24	放射線	4	2	○	○	－	○	
総合	13	骨密度測定装置	Discovery A	ホロジック	23	放射線外来	1	2	○	○	－	○	
総合	14	移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置	Mobile C-arm system BV Endura	フィリップス	23	整形外科	2	1	○	△	－	×	管球、イメージインテンシファイアを除く
総合	15	外科用イメージ装置	OPESCOPE ACTIVO	島津製作所	24	救命救急センター	1	1	×	×	－	×	高額消耗品除く
総合	16	歯科用X線撮影装置	レントゲン装置FM-I、ペラビューエポックス CR	モリタ	24	放射線	2	1	○	○	－	○	
総合	17	全身用X線CT診断装置（320列）	Aquilion ONE VISION EDITION	キャノンメディカルシステムズ	26	循環器センター	1	4	○	○	－	○	
総合	18	DR システム（X線撮影装置）	DR BNEO、CALNEO C(14×17Wireless)、DR CALNEO	富士フィルム	25	放射線科	1	1	○	○	管球・高圧トランス・モニター・消耗品	×	CALNEO C1417 Wirelessは1回/過失保証
総合	19	放射線情報管理システム（RIS/PACSシステム）	F-RIS	富士フィルム	25	放射線科	1	2	○	○	－	－	
総合	20	PET製剤用自動注入装置（処置室用）	M-130	住友重機	18	PETセンター	1	1	○	△	単価20万円を超える部品	－	部品免責20万円迄
総合	21	SPECT専用核医学診断システム	GCA-9300R	キャノンメディカルシステムズ	26	核医学	1	4	○	×	－	×	
総合	22	エックス線一般撮影装置	BENNEO 1T2P 1台 RAD SPEED Pro（1管球） 1台 RAD SPEED Pro（2管球） 1台	富士フィルム・島津	26	放射線科	3	1	○	△	管球	×	CALNEO C1417は2回/過失保証 CALNEO Cmini Wirelessは1回/過失保証
総合	23	結石破砕装置	DELTA II	ドルニエメドテック	26	放射線科	1	2	○	△	EMSE、管球、イメージモニター	×	
総合	24	血管撮影装置	ALLURA FD10/10	フィリップス	27	血管造影室	1	2	○	×	－	×	
総合	25	エキシマレーザー	CVX-300-P	DVX	27	血管造影室	1	2	×	×	－	－	
総合	26	造影剤注入器	ASSIST	DVX	27	血管造影室	2	1	○	○	－	－	
総合	27	手技用イメージ装置	ORTHO SCAN FD	ガデリウス	28	手術室	1	1	×	×	－	－	
総合	28	エックス線テレビ装置	DREX-UI80/06	キャノンメディカルシステムズ	28	内視鏡室	1	2	○	×	－	×	

別紙1

令和3年度保守対象予定医療機器

管理番号	R 3 仕 様 書 番 号	器 械 名	機 種	メーカー	購入年度	設置場所	対 象 台 数	保守仕様詳細 (甲は契約書第3条に記載した契約金額以外には、★列に記載された事項を除き一切の費用負担を要しないものとする)					備 考
								契約内容					
								定期点検 回数	オンコール費	交換部品代金	交換部品代金に含 まれないもの	特別保証 管球交換	
総合	29	低線量率密封小線 源治療システム	Oncentra Seeds	キヤノンメディ カルシステムズ	30	放射線科	1	1	○	△	-	-	
総合	30	画像ワークステー ション	ZIOBASE Model-T V0756(Ziostation2用DICOMサー バー)	アミン	29	サーバー室	1	1	×	×	-	-	
総合	31	造影剤注入器	ソニックショット7	根本杏林堂	29	手術室1MRI	1	1	×	×	-	-	S/N EMA11093
こころ	01	コンピューター処 理放射線撮影装置	FCR XG-1 1台 DRYPIX-7000 1台	富士フィルム	16	放射線	2	2	○	○	○	-	
こころ	02	歯科用レントゲン	OP-100	ヨシダ	18	放射線	1	1	×	×	-	×	
こころ	03	インジェクター	SMART-PRO	根本杏林堂	28	放射線	1	1	×	×	-	×	
こころ	04	デンタル撮影装置	マックスix タイプR	モリタ	27	放射線	1	1	×	×	-	×	
こども	1	FCRシステム	CR Console Adv 3台 DRYPIX 7000 1台 Console Advance(Mobile) 1台 CALNEO C(14×17Wireless)1台	富士フィルム	6～25	放射線科外来	6	2	○	○	-	-	
こども	2	回診用X線装置	130HP×4台	日立製作所	18～25	放射線科	4	2	○	○	-	○	
こども	3	多目的X線透視撮影 装置	ZEXIRA FPD1717	キヤノンメディ カルシステムズ	23	放射線外来	1	1	×	×	-	×	
こども	4	セファロ撮影用X線 装置	ED-125-L	島津製作所	26	放射線科	1	1	○	×	-	×	
こども	5	造影剤注入器	Avanta	メドラッド	24	血管造影室	1	1	×	×	-	×	
こども	6	外科用イメージ装 置	OPESCOPE	島津製作所	—	手術室	1	1	×	×	-	×	
こども	7	X線撮影装置	BENEO (14×17, 17×17含む)	富士フィルム	28	放射線科	1	1	○	×	管球	×	
こども	8	回診用X線装置	スターモバイルティアラ (FPD) スターモバイルエアリー (FPD)	日立メディコ	29、30	放射線科	2	1	○	○	管球	×	
こども	9	X線骨密度測定装 置	HORIZON WI	ホロジック	30	放射線科	1	1	×	×	—	×	
こども	10	歯科用パノラマX 線撮影装置	SOLIO ZZ	アサヒレントゲ ン	30	放射線科	1	1	×	×	—	×	
こども	11	歯科用X線撮影装 置	ALURA	アサヒレントゲ ン	30	放射線科	1	1	×	×	—	×	
こども	12	一般撮影装置	BENEO Fx	富士フィルムメ ディカル	R1	放射線科	2	2	○	×	—	×	

※部品・消耗品等がサポートエンドとなっている場合でも、部品・消耗品等が調達できる範囲で対応することを原則とする(調達・修理が不可能な場合には甲乙協議の上、変更契約を行う。)