

仕 様 書 ①

- 1 名称
ハイブリッド手術室システム
- 2 数量
1 式
- 3 機器の構成等
主な機器構成については次のとおり。
・SIEMENS Artis OR テーブル
詳細な機器構成については別紙仕様書②のとおり。
- 4 その他注意事項
 - (1) 主要諸元はメーカー仕様とする。
 - (2) 初期動作に必要な部品・消耗品類を揃えること。
 - (3) 消耗品が必要な機器の場合は、契約締結後直ちに年間に必要とされる消耗品のリストを静岡県立こども病院（以下「本院」という。）事務部医療サービス課企画サービス係に提出すること。
 - (4) 搬入据付費及び転倒防止対策工事費（安全性を確保する必要がある場合）並びに血管造影室内改修工事等の付帯工事費を含むこと。なお、本仕様書及び別紙仕様書②に明記されていない事項であっても、当該機器の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
 - (5) 工事の詳細については必ず本院現場責任者と協議したうえで決定すること。
- 5 設置場所、施工方法等
 - (1) 設置場所
血管造影室
 - (2) 施工方法等
 - ア 契約締結後速やかに工程表を提出すること。
 - イ 電源接続などの電気関係工事や蒸気配管工事などが必要な場合は、事前に本院電気主任技術者及びボイラー主任技術者と打合せを行い、施工期間中においては左記の者の指導監督のもとに作業を行うこと。
 - ウ 本院の電気保安のため、契約締結後速やかに機器の配線図を本院電気主任技術者あてに提出すること。
 - エ 電気用品については、電気用品取締法に適合するものを使用し、電線接続作業などに従事するものは、第一電気工事士の免許所有者であること。
 - オ 電源投入にあたっては本院電気主任技術者の立会を求めること。
 - カ 搬入については、本院現場責任者と打合せの上、実施すること。
 - キ 当該機器の機能・性能が完全に発揮できるよう施工すること。
- 6 保守体制
 - (1) 納入年度の翌年度（平成 28 年 3 月 31 日）まではメンテナンス無償で修理することとし、機器の重大な欠陥による故障が発生した場合は、新品と交換すること。
 - (2) 本院から要請のあった場合は、いつでも保守サービスができる体制であること。
 - (3) 機器の部品は常時準備し、適正な価格で供給すること。
- 7 機器納入証拠写真の提出
つぎの写真を納品書提出時に添付すること。
 - ・納入機器の搬入前・搬入後の写真
 - ・付帯工事の工事別の写真（たとえば室内改修や空調工事など）