

仕 様 書

- 1 入札番号 総病医-備 第 24 号
- 2 器械の名称及び数量 超音波診断装置 1 式
- 3 機器の構成

	品名	形式	数量
I	超音波診断装置	Aplio a550	1 式
	【構成】		
1	超音波診断装置	CUS-AA550/JJ	1
	本体		(1)
	液晶モニタ(23 インチ)		(1)
	Tilt Panel キット		(1)
	キーボード		(1)
	STC		(1)
	DICOM キット		(1)
	USB 通信 Dongle		(1)
2	CHI-Q キット	USCQ-AI900A	1
3	IGR Fitting Curve キット	USCQ-AI901A	1
4	Smart Fusion キット	USFN-AA550A	1
5	Auto Registration キット	USFN-AI901A	1
6	磁気センサ機器 キット	UIFR-AA550A	1
7	Fusion 用アダプタ キット	UAFS-001A	1
8	CHI キット	USHI-AA550A	1
9	Smart Sensor 3D キット	USSS-AI900A	1
10	SMI キット	USMI-AI600A	1
11	Reference Image キット	USRI-AI600A	1
12	周辺機器搭載 キット	UZRI-AI900A	1
13	ゼリーウォーマ	UZGW-008A	1
14	Track センサ キット	UITS-AI900A	1
15	シブコ OmniTRAX CT ブラケット	610-1228	1
16	シブコ OmniTRAX MR ブラケット	610-1306	1
17	コンベックスプローブ	PVT-475BT	1
18	マイクロコンベックスプローブ	PVT-482BT	1
19	高周波リニアプローブ	PVT-704SBT	1
20	デジタル白黒プリンタ(AC,有線)	UP-D898MD	1
21	バーコードリーダー	HR-30UB	1
22	Storage 接続費用		1
23	F-RIS 接続費		1
24	Vincent Q/R 接続費		1
25	ニードルガイドキット	610-1502	1
26	シブコ Verza ニードルガイド(24 袋/箱)	610-1500	1
27	穿刺ブランケット	680-154	1
28	穿刺ブランケット	680-087(TG-3)	1

Ⅱ	既存超音波診断装置バージョンアップ		
	【構成】		
1	プローブホルダーキット	UZPH-AA000A	2
2	Probe 4port キット	USPS-AA000A	2
3	高周波リニアプローブ	PLT-1204BT	1
4	アップグレードキット	USUG-A511A	1
5	アップグレードキット	USUG-A510A	1
6	アップグレードキット	USUG-A505A	1
7	アップグレードキット	USUG-A504B	1
8	SMI キット	USMI-A500A	1
9	高周波リニアプローブ	PLT-1005BT	1
10	高周波コンベックスプローブ	PVT-674BT	1
11	高周波リニアプローブ	PLT-704SBT	1
12	Q/A 接続費		1
13	F-RIS 接続費		1

4 その他

- (1) 機器は、当院の望む方法で当院の望む時期・場所に納入すること。
- (2) 本仕様書に記載されていない事項について疑義のある場合は当院と協議し、その指示に従うこと。
- (3) 主要諸元はメーカーの使用による。
- (4) 接続する電源系統の地路の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (5) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること
- (6) 納入後適正に稼働することを確認し、適正に稼働しない場合には速やかに交換をする等の措置を講ずること。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までの間は、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。