

仕 様 書

- 1 入札番号 総病医-備 第 25 号
- 2 器械の名称及び数量 生体情報管理システム 1 式
- 3 機器の構成

生体情報モニタ移設関連

	品名	規格	数量
1	無線式セントラルユニット	ORG-9100-Z26	1
2	モニタ本体	CU-152R	4
3	レコーダモジュール	WS-151P	4
4	リモートコントローラ	RY-910P	4
5	サイドオプションボード	QI-152P	4
6	S D カード	QM-150P	4
7	ベッドサイドモニタ	BSM-1763	12
8	フック	DZ-170P	12
9	バッテリーパック SB-170P	X161	12
10	バッテリーパック SB-950P	X162A	4
11	マルチアンプユニット	AA-174P	4
12	ユニットホルダ	DH-156P	4
13	プロトコル変換インタフェース	QF-802P	4
14	プロトコル変換インタフェース	QF-901P	4
15	プロトコル変換インタフェース	QF-903P	4
16	BR-903P 電極リード線	K911	4
17	E C G 中継コード (3/6) JC-906P	K922	4
18	JL-900P S p O 2 中継コード	K931	4
19	C O 2 センサキット TG-980P	P910A	2
20	ニューロユニット	AE-920P	2
21	E E G ヘッドセット	AE-120A	2
22	r S O 2 モジュール Invos SPS1/2	INVOS-SPS1/2CH	2
23	プロトコル変換インタフェース	QF-802P	2
24	QP-988P クライアント端末 50 ライセンス	QL-011P	1

設置部材、設置費用

	品名	規格	数量
25	ベッドサイドモニタ移設費用		1
26	ベッドサイドモニタ設置費用		1
27	ベッドサイドモニタスレーブディスプレイ設置費		1
28	モニタネットワーク工事費用		1
29	セントラルモニタ移設費用		1
30	アンテナ工事費用		1

生体情報モニタ/生体情報管理システム更新移設費用

	品名	規格	数量
31	PRM 基本的パック		1

32	ハードウェア費用（サーバ）		1
33	ハードウェア費用設置費用		1
34	HIS 連携プログラム		1
35	カスタマイズ費用		1
36	特注プログラム		1
37	SE 費用		1
富士通側連携費用			
	品名	規格	数量
38	富士通側連携費用		1

4 その他

- (1) 機器は、当院の望む方法で当院の望む時期・場所に納入すること。
- (2) 本仕様書に記載されていない事項について疑義のある場合は当院と協議し、その指示に従うこと。
- (3) 主要諸元はメーカーの使用による。
- (4) 接続する電源系統の地路の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (5) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること
- (6) 納入後適正に稼働することを確認し、適正に稼働しない場合には速やかに交換をする等の措置を講ずること。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末は、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。