

【別紙 1】令和6年度保守対象予定医療機器

管理番号	仕様書番号	器 械 名	機種	メーカー	購入年度 (平成令和)	設置場所	対象(台)	保守仕様詳細 (甲は契約書第3条に記載した契約金額以外には、★列に記載された事項を除き一切の費用負担を要しないものとする)					保守・修繕内容
								契約内容					
								定期点検 回数	オンコール 費	交換部品代 金	交換部品代金に含まれないもの	特別保証 管球交換	
総合	1	P E T - C T	Discovery ST Elite16 1式 Discovery ST Elite Performance161式	G Eヘルスケア	18	PETセンター	2	4	○	○	バッテリー・UPS等消耗品、 他社製品、2本目以上/年 管球	○	フルメンテナンス
総合	2	コンピュータ処理放射線撮影装置	FCR SPEEDIA CS 2台 DRYPIX7000 1台 Console Advance 2台 Console Advane(software) 1台	富士フィルムメディアル	15	放射線	6	2	○	○	バッテリー・UPS等消耗部品、 他社製品	-	フルメンテナンス
総合	3	コンピュータ処理放射線撮影装置(救急)	FCR XL-1 1台 DRYPIX 7000 1台 Console Advance(Software) 1台 Console Advance(MOBILE) 2台 CALNEO C(14×17、14×17Wireless) 2台 CALNEO C(17×17Wireless) 1台 CALNEO Smart G47 1台 CALNEO Smart C47 2台 CALNEO HC(MP) 2台 CALNEO HC(MC) 3台 CALNEO Smart C77 1台 DR-ID 900CL 3台 CALNEO Smartモバイル用FUJI FILM APキット 1台	富士フィルムメディカル	15～ 21	放射線	21	2	○	○	バッテリー・UPS等消耗部品、 他社製品	-	フルメンテナンス FPD過失補償は2回/年まで ・DR CALNEO C 1717 Wireless(SE X) 1台 ・DR CALNEO C 1417 Wireless(SE X) 2台 ・CALNEO Smart G47 1台 FPD過失補償は1回/年まで ・CALNEO Smart C47 2台 ・CALNEO Smart C77 1台
総合	4	造影剤注入器	デュアルショットGX 1台 オートエンハンスA-60 1台 スマートショットalpha 1台	根本杏林堂			2	1	○	○	バッテリー・UPS等消耗部品、 他社製品	-	NEMOTO CAREに保守形態1本化
総合	5	位置決めCT装置(東芝 Aquilion16LB)	TSX-201A/1A 1式	キヤノンメディカルシステムズ	20	放射線	1	2	×	×	バッテリー・UPS等消耗部品、 他社製品	-	EOSにより点検のみ
総合	6	放射線治療装置(Ⅲ)	ONCOR Impression plus OPTIVUE 1000ST 160MLC	キヤノンメディカルシステムズ	22	放射線	1	3	×	×		-	点検のみ。
総合	7	デジタルガンマカメラ(Symbia E)	Symbia E GMS-7700B	キヤノンメディカルシステムズ	22	核医学	1	2	×	×		-	EOSにより点検のみ
総合	8	回診用X線装置	130HP 3台(1台EOSの為除外)	富士フィルムヘルスケア	14～24	放射線	3	2	○	○	バッテリー・UPS等消耗部品、X線管球 他社製品	×	フルメンテナンス
総合	9	骨密度測定装置	Discovery A	ホロジック	23	放射線外来	1	2	○	○	バッテリー・UPS等消耗部品、X線管球 他社製品	×	フルメンテナンス
総合	10	移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置	Mobile C-arm system BV Endura(2台)	フィリップス	23	整形外科	2	1	○	○	バッテリー・UPS等消耗部品、X線管球 他社製品	×	フルメンテナンス
総合	11	外科用イメージ装置	OPESCOPE ACTIVO	島津製作所	24	救命救急センター	1	1	×	×		-	点検
総合	12	歯科用X線撮影装置	レントゲン装置FM-I、ベラビューエボックス CR	モリタ	24	放射線	2	1	○	○	バッテリー・UPS等消耗部品、X線管球 他社製品	×	フルメンテナンス

管理番号	仕様書番号	器 械 名	機種	メーカー	購入年度 (平成令和)	設置場所	対象(台)	保守仕様詳細 (甲は契約書第3条に記載した契約金額以外には、★列に記載された事項を除き一切の費用負担を要しないものとする)					保守・修繕内容
								契約内容					
								定期点検 回数	オンコール 費	交換部品代 金	交換部品代金に含まれないもの	特別保証 管球交換	
総合	13	全身用X線CT診断装置 (320列)	TSX-301C/3A 1式	キヤノンメディカルシステムズ	26	循環器センター	1	4	○	○	バッテリー・UPS等消耗部品、 他社製品	○	フルメンテナンス（管球込）・インジェクター
総合	14	DR システム（X線撮影装置）	DR BENE0、 CALNEO C(14×17Wireless)、 DR CALNEO (MP)	協和医科	25	放射線科	3	1	○	○	管球・高圧トランス・モニターバッテリー・UPS等 消耗部品、 他社製品	×	フルメンテナンス（FPD込み）
総合	15	SPECT専用核医学診断システム	GCA-9300R	キヤノンメディカルシステムズ	26	核医学	1	4	○	×	-	-	点検・オンコール（部品は病院請求）
総合	16	エックス線一般撮影装置	BENNE0 1T2P 1台 RAD SPEED Pro (1管球) 1台 RAD SPEED Pro (2管球) 1台	協和医科	26	放射線科	3	1	○	△	管球、 バッテリー・UPS等消耗部品、 他社製品	×	フルメンテナンス（FPD込み・管球含まず）
総合	17	結石破碎装置	DELTA II	ドルニエメドテック	26	放射線科	1	2	○	△	EMSE、管球、イメージモニター バッテリー・UPS等消耗部品、 他社製品	×	点検・水交換（2回/年）
総合	18	血管撮影装置	ALLURA FD10/10	フィリップス	27	血管造影室	1	2	○	×	-	×	点検・オンコール（部品は病院請求）
総合	19	エキシマレーザー	CVX-300-P	DVX	27	血管造影室	1	2	×	×	-	-	点検(修理時病院請求)
総合	20	造影剤注入器	ASSIST	DVX	27	血管造影室	2	1	○	○	バッテリー・UPS等消耗部品、 他社製品	-	プレミアムサポート
総合	21	手技用イメージ装置	ORTHO SCAN FD	ガデリウス	28	手術室	1	1	×	×	-	-	点検
総合	22	エックス線テレビ装置	DREX-UI80/06	キヤノンメディカルシステムズ	28	内視鏡室	1	2	○	×	-	×	点検・オンコール（部品は病院請求）
総合	23	造影剤注入器	ソニックショット7	根本杏林堂	29	手術室1MRI	1	1	○	○	-	-	NEMOTO CAREに保守形態1本化
総合	24	回診用X線撮影装置	CALNEO Go 1台 CALNEO Smart C47 1台 CALNEO Smart C12 1台	富士フイルム	27	手術室	1	1	○	△	バッテリー・UPS等消耗部品、 他社製品	-	FPD過失補償は1回/年まで ・CALNEO Smart C47 1台 ・CALNEO Smart C12 1台
総合	25	放射線治療計画装置 放射線利用部門情報システム	RayStation 治療RIS+RTサーバ 放射線治療周辺機器	キャノン	29	放射線治療室	1	1	○	○	バッテリー・UPS等消耗部品、 他社製品	-	Raystation 年1回 RIS 年2回 その他 年1回
総合	26	治療計画用X線透視装置	Ultimax-i	キャノン	31	放射線治療室	1	1	○	×	-	-	点検・オンコール時の作業費込、部品代は除く
総合	27	移動型X線撮影装置 ポータブルX線撮影用FPDシステム	SIRIUS FPD-P 1台 CALNEO Smart C77 1台	富士フイルム	R3	放射線	2	1	○	○	バッテリー・UPS等消耗部品、 他社製品	-	フルメンテナンス（FPD, モバイルPC, 無線中継器等含む）
総合	28	X線TV装置	CUREVISTA Open	富士フイルム	R3	放射線	1	2	○	×	-	-	点検・オンコール時の作業費込、部品代は除く
総合	29	放射線治療装置	Synergy Mosaic	キャノン	H29	放射線治療室	2	4	○	○	バッテリー・UPS等消耗部品、 他社製品	-	MOSAIC UPGRADE含む
総合	30	高線量率小密封線源治療システム	フレキシトロンHDR TCC オンセントラブラキー	千代田テクノル	R4	放射線治療室	3	1	○	△	10万円を超える部品代 バッテリー・UPS等消耗部品、 他社製品	-	線源交換作業3回、線源強度測定3回、ウェル形線量計校正1回、安全取扱講習会、ソフトウェアアップデート、オンセントラWS+TCC WS+ドライブユニットまたはセレクトα交換1回/6年

管理番号	仕様書番号	器 械 名	機種	メーカー	購入年度 (平成令和)	設置場所	対象(台)	保守仕様詳細 (甲は契約書第3条に記載した契約金額以外には、★列に記載された事項を除き一切の費用負担を要しないものとする)					保守・修繕内容
								契約内容					
								定期点検 回数	オンコール 費	交換部品代 金	交換部品代金に含まれないもの	特別保証 管球交換	
総合	31	血管撮影装置	ALLURA FD20 ORT	フィリップス	H20	ハイブリッドOR	1	1	×	×	-	-	点検のみ バリューPM契約（修理費は病院請求）
総合	32	回診用X線撮影装置	CALNEO ACRO 1台 CALNEO C1717FLOW 1台	富士フイルム	R4	放射線	2	1	○	○	バッテリー・UPS等消耗部品、 他社製品	-	フルメンテナンス
総合	33	MRI装置	Ingenia 1.5T	フィリップス	H29	手術室	1	2	○	○	バッテリー・UPS等消耗部品、 他社製品	-	フルメンテナンス
総合	34	全身用X線CT診断装置	Aquilion Prime (ZAIOSTATION2 Type-H, DUALSHOT GX7含む)	キヤノン	H29	救急	3	2	○	○	バッテリー・UPS等消耗部品、 他社製品	○	フルメンテナンス ZAIOSTATION2 Type-Hは点検1回のみ含む、 DUALSHOT GX7はフルメンテナンス点検1回
総合	35	造影剤注入装置	DualShot GX7	根本杏林堂	H25	放射線	1	1	○	○	バッテリー・UPS等消耗部品、 他社製品	-	フルメンテナンス
こころ	1	コンピューター処理放射線撮影装置	FCR XG-1 1台 DRYPix-7000 1台	富士フイルムメディカル	16	放射線	2	2	×	×		-	点検
こころ	2	インジェクター	SMART-PRO	根本杏林堂	28	放射線	1	1	○	○	-	-	NEMOTO CAREに保守形態1本化
こころ	3	デンタル撮影装置	マックスix タイプR	モリタ	27	放射線	1	1	×	×	-	-	点検
こころ	4	デンタル撮影装置	Cypher E(CMOSセンサー)	朝日レントゲン	4	放射線	1	1	×	×	-	-	点検

管理番号	仕様書番号	器 械 名	機種	メーカー	購入年度 (平成令和)	設置場所	対象(台)	保守仕様詳細 (甲は契約書第3条に記載した契約金額以外には、★列に記載された事項を除き一切の費用負担を要しないものとする)					保守・修繕内容
								契約内容					
								定期点検 回数	オンコール 費	交換部品代 金	交換部品代金に含まれないもの	特別保証 管球交換	
こども	1	FCRシステム	Console Advance 3台 DRYPiX 7000 1台 Console Advance(Mobile) 1台 CALNEO C(14×17Wireless) 1台	富士フィルムメディカル	6～25	放射線科外来	6	2	○	○	バッテリー・UPS等消耗部品、 他社製品	-	フルメンテナンス（DRYPiX7000除く）
こども	2	回診用X線装置	130HP×2台（2台はEOSの為除外）	富士フィルムヘルスケア	18～25	放射線科	2	2	○	○	バッテリー・UPS等消耗部品、X線管球 他社製品	×	フルメンテナンス
こども	3	多目的X線透視撮影装置	ZEXIRA FPD1717	キヤノンメディカルシステムズ	23	放射線外来	1	1	×	×	-	×	点検
こども	4	セファロ撮影用X線装置	NV-305（特注）	大林製作所	R3	放射線科	1	1	○	○	-	×	フルメンテナンス
こども	5	造影剤注入器	Avanta、Provis	メドラッド	24	血管造影室	2	1	×	×	-	×	点検
こども	6	外科用イメージ装置	OPESCOPE	島津製作所	—	手術室	1	1	×	×	-	×	点検
こども	7	X線撮影装置	BENEO（14×17, 17×17含む）	富士フィルムメディカル	28	放射線科	1	1	○	×	管球、 バッテリー・UPS等消耗部品、 他社製品	×	点検・オンコール
こども	8	回診用X線装置	スターモバイルティアラ（FPD） スターモバイルヘルエアリー（FPD）	富士フィルムヘルスケア	29	放射線科	2	1	○	○	管球、 バッテリー・UPS等消耗部品、 他社製品	×	フルメンテナンス（管球除く）※FPD落下補償1回含む
こども	9	X線骨密度測定装置	HORIZON WI	ホロジック	30	放射線科	1	1	×	×	-	×	点検
こども	10	歯科用パノラマX線撮影装置	SOLIO ZZ	アサヒレントゲン	30	放射線科	1	1	×	×	-	×	点検
こども	11	歯科用X線撮影装置	ALURA	アサヒレントゲン	30	放射線科	1	1	×	×	-	×	点検
こども	12	一般撮影装置	BENEO Fx	富士フィルムメディカル	R1	放射線科	1	1	○	×	-	-	点検・オンコール
こども	13	リニアック	BitaiBeam x1, Aria x1, Eclips x1 Unidos Webline校正, Accu-Gold+校正	バリアン	R2	リニアック室	3	4	○	○	消耗部品, 他社製品	-	フルメンテナンス、リモートメンテナンス
こども	14	MRI装置	Ingenia 1.5T HP 1台 IntelliSpace IX/LX Expression 1台 PatientMonitor MR400 1台, IP5 1台	フィリップス	29	MRI室	4	2	○	○	消耗部品, 他社製品	-	フルメンテナンス