

別紙1 令和7年度 医療機器等保守点検業務委託 対象機器一覧

管理番号	令7 仕様書 番号	器械名	機種	メーカー	購入 年度	設置場所	保守内容			保守・修繕内容
							対象台数	回数	OC 部品	
総合	1	全自動免疫測定システム	アボット アーキテクト i 1000SR	アボット	20	生化学検査	1	1	○ ○	
総合	2	血液ガス分析装置	R P500 4台	シーメンス	18~19	血液検査(検査室・IE 病棟・4M病棟・ハイブ リッドOPE室)	4	0	○ ○	点検無/カコール修理のみ対応
総合	3	安全キャビネット	MHE-130AJ x2(検査室) MHE-130B2-PJ(薬剤部)	PHC	14、15 27	微生物検査 薬剤部	3	1	× △	HEPAフィルタ性能検査、風速風量検査試験、交換部品はHEPAフィルタのみ含む
総合	4	全自動抗酸菌培養検査装置	M G I T 9 6 0 タイプS	日本ベクton・デッキソン	13	微生物検査	1	1	○ △	部品代にフィルター、プリントベバー、プリンターカートリッジ、トナーを除く
総合	5	眼科手術顕微鏡	OMS-800 OFFISS	トヨノメディカル	19	手術室	1	1	× ×	
総合	6	全身麻酔器(ドレーゲル)	アポロ8台、Perseus1台、Primusu 12台	ドレーゲル	12~26	手術室	21	1	× △	定期交換部品のみ
総合	7	ゴミ貯留器	ゴミック GMN 12000	日本クリーンシステム	15	管理担当	1	3	○ ×	
総合	8	多用途筋機能評価運動装置	サイベックスノルム	メディカ	22	理学療法室	1	1	△ △	コンピュータのハードディスク、メモリモジュール、電源ユニットに関しては年2回まで無償。その他は有償。コンピュータウイルス対策ソフトのアップデートCDの送付を含む。出張費用等の実費のみ請求
総合	9	細胞解析装置	Navios 2L6C	ベックマンコルター	23	血液検査	1	2	○ △	定期交換部品のみ
総合	10	血液搬送システム	XN-9000	シスメックス	24	血液検査	1	2	○ ○	
総合	11	卓上遠心機	久保田・コクサン	久保田商事、コクサン	24	血液検査	26	1	× ×	
総合	12	低温プラズマ滅菌装置	ステラット'100NX	ジョンソンエンドジョンソン	25	中央材料室	1	2	× ×	年数経過のため点検のみ
総合	13	心電計	VU360 3台 MAC5500HD 1台	GEヘルスケア	24	生理検査	4	1	× ×	
総合	14	血球洗浄機	himac MC450	日立ハイテクノロジー	25	血液管理室	1	1	× ×	
総合	15	クリーンベンチ	CCV-811 PCV-1305BRGB	日立産機システム	S57 13	細菌検査室 血液管理室	2	1	× ×	
総合	16	マルチカラーレーザー光凝固装置	MC-500	ニテック	25	眼科外来	1	2	× ×	定期交換部品のみ
総合	17	手術室顕微鏡	OPMI Vario(整形)→削除 OPMI Pentero(耳鼻科) OPMI Pentero 900(脳外) OPMI Pentero 800(整形) OPMI Pentero 800(形成) OPMI KINEVO900(耳鼻科)	カールツァイスメディック	20~30	手術室	5	1	× ×	
総合	18	自動浸透圧測定装置	OM-6060	アークレイ	26	生化学検査	1	1	○ ○	他プランなし
総合	19	オートクレーブ	HV-50 HV-85 HV-85Ⅱ HV-25Ⅱ	平山製作所	13	微生物検査	4	1	× ×	
総合	20	全自动同定感受性検査システム	BD フニックスAP	日本ベクton・デッキソン	28	微生物検査	1	1	○ ○	端末、アリタ除く(エコマ- A: 3回目以降有償)
総合	21	細菌検査情報システム	BD EpiCenterシステム	日本ベクton・デッキソン	28	微生物検査	1	0	○ ○	端末、アリタ除く
総合	22	血液培養自動分析装置	BD バクテリFX(st)システム	日本ベクton・デッキソン	28	微生物検査	1	1	○ ○	端末、アリタ除く
総合	23	質量分析装置	MALDI ハイブリッド	ブルカーダルトニクス	28	微生物検査	1	1	○ ○	端末、アリタ除く
総合	24	血小板保存システム	PF-481/PC-900i	フタバメディカル	28	血液管理室	1	1	× ×	
総合	25	移動式ディスクリート方式臨床化学分析装置	OC-SENSOR io	栄研化学	28	一般検査	1	1	× ×	
総合	26	テーパー式ナノボックス、CO2インキュベーター、感熱滅菌器	ANX-6, GD-80CP, CPD-2701	ヒラサワ	28	微生物検査	3	1	× ×	
総合	27	ドライシーマーク	MT6500/TS100	和光純薬工業	28	微生物検査	1	1	○ ○	
総合	28	内視鏡ワイヤリングシステム	SolemioENDO	オリンパス	R4	内視鏡室	1	1	○ △	ソフトウェアとサーバー本体のみ保証。付属品(UPS等)は含まない。
総合	29	超音波診断装置	LOGIQ E9	GEヘルスケア	28	超音波センター	1	1	× ×	
総合	30	超音波診断装置	TUS-A500/W1	キヤノンメディカルシステムズ	24	コ-ゼンタ-	1	1	× ×	
総合	31	超音波診断装置	LOGIQ_S8	GEヘルスケア	27	超音波センター	1	1	× ×	
総合	32	心臓超音波診断装置	EPIQ7G	フィリップス	28	生理検査	2	1	× ×	
総合	33	心臓超音波診断装置	EPIQ7C	フィリップス	29	生理検査	1	1	× ×	

別紙1 令和7年度 医療機器等保守点検業務委託 対象機器一覧

管理番号	令7 仕様書 番号	器械名	機種	メーカー	購入年度	設置場所	対象台数	保守内容			保守・修繕内容
								回数	OC	部品	
総合	34	心臓超音波診断装置	CX50	フィリップス	25	生理検査	1	1	○	△	スポット点検→プローブなしのフルメンテナンス
総合	35	オートシェルフ(回転棚)	M263-SUSB21-30A(2台) M263-SUSB16-30A(1台)	日本シーター	29	中央滅菌室 手術室	3	1	×	×	
総合	36	白内障手術装置	コンステレーション ピージョンシステム LXT	日本アルコン	28, R2	手術室	2	2	×	×	修理代替器無料貸出
総合	37	白内障手術装置	センチュリオン ピージョン システム	日本アルコン	29	手術室	1	1	○	○	修理代替器無料貸出
総合	38	iMarkマイクロブレットリーダー		BIORAD	29	リザーバー・トセンター	1	1	×	×	
総合	39	QIAcube System	QIAcube Inspection Service	キアゲン	29	リザーバー・トセンター	1	1	×	×	
総合	40	高圧蒸気滅菌装置	VSCR-G12	サクラ精機	29	中央滅菌室	5	2	×	△	定期交換部品のみ
総合	41	RO製造装置	SM II-61R0	サクラ精機	29	中央滅菌室	1	2	×	△	定期交換部品のみ
総合	42	低温プラズマ滅菌装置	ステラッド100S	ジョンソンエンドジョンソン	29	中央滅菌室	1	2	×	△	定期交換部品のみ
総合	43	心臓カテーテルポリグラフ	ComboLAB	GEヘルスケア	14	心カテ室	1	1	×	×	
総合	44	血管内画像装置(OCT)	OCTイメージングシステム	アボット	27	心カテ室	1	1	×	×	
総合	45	RFジェネレーターⅡ	RFP-100A	JLL	27	心カテ室	1	1	×	×	
総合	46	エコファスターモニタ(食道温セラー)	EM-1	JLL	27	心カテ室	1	1	×	×	
総合	47	カーディアックスティムレータ	BC-1100	フクダ電子	23	心カテ室	1	1	×	×	
総合	48	血管内超音波装置(IVUS)	iLab	ボストン	20	心カテ室	2	1	○	○	フルメンテナンス
総合	49	ポリグラフ	FCL-2000L	フクダ電子	29	手術室	1	1	×	×	ソフトウェアアップデート有
総合	50	人工心肺装置	S 5	ソーリン	29	手術室	1	1	×	×	
総合	51	血球計数装置	MHK-6510/CHM-4120	日本光電	29	血液検査	2	1	○	△	定期交換部品のみ
総合	52	デジタル式乳房用X線撮影装置	3Dimensions 3D	ホロジック	30	エコー室	1	2	×	×	部品定価から10%引き、リモートメンテナンス、精度管理
総合	53	遠心型血液成分分離装置	スペクトロフィティ	テルモBCT	28	人工透析室	1	2	×	×	
総合	54	臨床化学自動分析装置	cobas8000(801)(8012)	ロシュ	30	生化学検査	2	2	○	○	
総合	55	造影剤注入器	PressDuo	根本杏林堂	30	IVR室I	1	1	○	○	
総合	56	造影剤注入器	ゾーンマスター-SR	シーマン	30	心カテ室3	1	1	×	×	
総合	57	クライオコンソール(冷凍ワーレーション)	CryoConsole 106A3	メドトロニック	30	心カテ室	1	1	×	×	スポット点検
総合	58	リズミア	RHYTEMA MAPPING SYSTEM	ボストン	30	心カテ室	1	1	○	○	ソフトウェアアップグレード除く
総合	59	IMPELLA制御装置	インペラ	日本アビオメット	30	手術室・ICU	2	1	○	○	
総合	60	手術顕微鏡	ARvo(脳外) Proboe(眼料)	ライカマイクロシステムズ	R1	手術室	2	1	×	×	定期点検リストに基づく点検/メーカー営業時間内での作業実施
総合	61	自動採血管準備システム	BC・ROBO-8001RFID/T4162	テクノメディカ	R1	採血室	1	2	○	○	
総合	62	赤血球沈降速度測定装置	ROLLER20PN	フィンガーリンク	R1	血液検査	1	1	○	○	
総合	63	血管内超音波装置(IVUS)	ビジキューブ	テルモ	30	心カテ室3	1	1	×	×	
総合	64	安全キャビネット	BCG601	日科ミクロン	R2	化学療法センター	3	1	×	△	照明灯/殺菌灯交換を含む。カートバスボックス、ケモ用三段バスボックス、ケモ用流し台の点検を含む。
総合	65	超音波診断装置	Apilio a550 CUS-AA550/JJ	キヤノンメディカルシステムズ	R2	IVR室2	1	1	○	△	磁気センサ機器キットは含みません。 故障時契約対象プローブ1本保証
総合	66	超音波診断装置	ACUSON P-500	シーメンス	30	生理検査	1	0	○	○	定期点検なしオンコール修理のみ対応、他プランなし
総合	67	アブレーション装置	Emprintアブレーションシステム	コヴィディエン	R2	IVR室2	1	1	×	×	
総合	68	血管内超音波診断装置(IVUS)	COREmobile	フィリップス	R2	IVR室2	1	1	×	×	
総合	69	超音波診断装置	Apilio a Verifia(CUS-AA000)	キヤノンメディカルシステムズ	R2	超音波センター	2	1	○	○	対象プローブを年1本まで保証。
総合	70	発声機能検査装置	PA1000PRC	ミナト医科	R1	生理検査	1	1	×	×	
総合	71	皮膚灌流圧測定装置	Nahri MVmonitor	ネクシス	R1	生理検査	1	1	×	×	
総合	72	自動免疫分析装置	レミバ尔斯L2400	富士レビオ	R2	生化学検査	2	1	○	○	
総合	73	血液ガス分析装置	ABL90plus	ラジオメーター	R2	救急外来	1	1	○	○	

別紙1 令和7年度 医療機器等保守点検業務委託 対象機器一覧

管理番号	令7 仕様書 番号	器械名	機種	メーカー	購入年度	設置場所	対象台数	保守内容			保守・修繕内容
								回数	OC	部品	
総合	74	血液ガス分析装置	ABL835	ラジオメーター	26, 29	手術室	2	2	○	○	
総合	75	サーマルサイクラー	VERITI200	サーモフィッシャー	R2	血液管理室	1	1	○	○	他プランなし
総合	76	血液培養自動分析装置	BDバクテックFXTopシステム	日本BD	R2	微生物検査	1	1	○	○	
総合	77	血液培養自動分析装置	BDバクテックFX40システム	日本BD	R2	微生物検査	1	1	○	○	
総合	78	自動遺伝子検査装置	TRCReady-80	東ソー	R2	微生物検査	2	1	○	○	
総合	79	生体情報管理システム	PRM-7100	日本光電	27	1E, 6A, 3D, 内視鏡室	1	1	○	○	
総合	80	生体情報モニタ	CNS-6201 1台 PVM-2703 3台 BSM-6701 3台 PVM-4763 6台	日本光電	25	救命救急センター	13	1	×	△	PVM-2703, BSM-6701 バッテリ交換含 スポット点検
総合	81	生体情報モニタ	CNS-6201 1台 CSM-1502 8台 BSM-6701 4台 BSM-1763 12台	日本光電	24	1E病棟	25	1	×	△	BSM-1502 バッテリ交換含 スポット点検
総合	82	生体情報モニタ	CNS-6201 2台 CSM-1502 8台 BSM-1763 8台	日本光電	23	4G病棟	18	1	×	△	スポット点検
総合	83	生体情報モニタ	PVM-2703 4台 PVM-4763 1台 BSM-6701 1台	日本光電	27	内視鏡室	6	1	×	×	全てスポット点検
総合	84	全身麻醉器	Fabius MRI	ドレーゲル	26	手術室	1	1	×	△	定期交換部品のみ
総合	85	気化器	D-Vapor	ドレーゲル	不明	手術室	23	1	×	△	定期交換部品のみ
総合	86	人工心肺装置	HASⅢ	泉工医科	R2・R5	手術室	2	1	×	×	
総合	87	補助循環装置	UNIMO	泉工医科	31・R5	手術室	2	1	×	△	定期交換部品のみ
総合	88	保育器	V-707	アトムメディカル	29	3A病棟	2	1	○	△	バッテリ交換含
総合	89	保育器	インキュビ保育器	アトムメディカル	30	3A病棟	2	1	○	△	定期交換部品含む
総合	90	内視鏡	EN-580T	富士フィルムメディカル	R2	内視鏡室	1	2	○	○	
総合	91	内視鏡	GF-UE260 2本 GF-UCT260 3本 PCF-H290Z1 7本 BF-UC290F 2本 TJF-0290V 2本 GF-UE290 2本 GIF-H290T 3本 GIF-1200N 1本	オリンパス	H22～R4	内視鏡室	22	1	○	○	
総合	92	低温プラズマ滅菌装置	ステラット100NXACT	ジョンソンエンドジョンソン	R3	中央滅菌室	1	2	○	○	
総合	93	紫外線治療器	UV7002B-TL01	ヤヨイ	26	皮膚科	1	1	×	△	点検時部品交換含む（フィルター交換含む）
総合	94	頭部冷却装置	PAXMAN ORBIS II	センチュリーメディカル	R3, R4	化学療法センター	3	1	○	△	通常使用による劣化等の部品は含む。落下等の破損は含まない。
総合	95	人工呼吸器	V-60	フィリップス	H23～R1	中央機器管理室	4	1	×	△	点検(代替えなし・フィルター類の部品交換含む)、修理は別途。
総合	96	人工呼吸器	V-60	フィリップス	H23～R1	中央機器管理室	5	1	×	△	点検(代替えなし・フィルター類、ファン類の部品交換含む)、修理は別途。
総合	97	人工呼吸器	MT60	IMI	R1, R3	ER	2	1	○	△	1年目点検、定期交換部品のみ含む 装置台数2台
総合	98	ウォーターバッド特定加温装置コントロールユニット	Arctic Sun 5000	IMI	24	ER	1	2	○	△	定期交換部品のみ含む
総合	99	生体情報モニタ	CNS-6201 一式	日本光電	R2	3D	1	1	×	×	全てスポット点検
総合	100	生体情報モニタ	CNS-6201 一式	日本光電	R2	6A	1	1	×	×	全てスポット点検
総合	101	RO供給装置	DRO-S1-N1800	日機装	R3	透析室	1	4	×	△	点検時交換部品のみ含む、修理は別途
総合	102	DPNチェック	NC-stat DPNチェック	フクダコーリン	R1	生理検査	1	1	×	×	スポット点検
総合	103	新生児AABR	ネイタスアルゴ5	アトムメディカル	H26	生理検査	1	1	×	×	プローブ校正のみ
総合	104	心臓超音波診断装置	Vivid E95 Ultra Edition	GEヘルスケア	R2, R3	生理検査	2	1	○	○	3Dプローブ込みのフルメンテナンス2台
総合	105	血液ガス分析装置	ABL90plus	ラジオメーター	R3	血液検査	1	1	○	○	
総合	106	血液ガス分析装置	ABL835	ラジオメーター	R3	OPE_3G	2	2	○	○	

別紙1 令和7年度 医療機器等保守点検業務委託 対象機器一覧

管理番号	令7 仕様書 番号	器械名	機種	メーカー	購入年度	設置場所	対象台数	保守内容			保守・修繕内容
								回数	OC	部品	
総合	107	全自動輸血検査装置	IH-500	バイオラッド	R3	血液管理室	2	2	○	○	
総合	108	全身麻酔器(ドレーゲル)	Atlan	ドレーゲル	R3	手術室	3	1	×	△	定期交換部品のみ
総合	109	生化学自動分析装置	JCA-ZS050	日本電子	R4	生化学検査	1	3	○	○	
総合	110	人工呼吸器	ドレーゲル : V300×5 V500×3 V600×7 日本光電 : T1×2 G5×1 NVK-550×1	ドレーゲル	H26, 27, 28, 30, R1, 2, 3 4	臨床工学室	19	1	×	×	
総合	111	ロータコンソール	ロータプロコンソール	ボストン	R4	心カテ室2	1	1	×	×	スポット点検
総合	112	ポリグラフ	RMC-5000	日本光電	R4	心カテ室2	1	1	○	○	
総合	113	経皮的心肺補助システム	SP-200	テルモ	R1	臨床工学室	2	1	×	×	
総合	114	保育器	インキュビ	アトムメディカル	R5	3A病棟	1	1	○	△	定期交換部品含む
総合	115	保育器	V-2100G	アトムメディカル	H15, 11	3A病棟	4	1	×	×	酸素センサのみ交換
総合	116	保育器	インフォーマーi	アトムメディカル	H30, R4	3A病棟、OPE	6	1	○	△	定期交換部品含む
総合	117	保育器	インファウォーマV-505	アトムメディカル	H20	3A病棟	1	1	×	×	
総合	118	ナビゲーションシステム	Stealth Station S8	メドトロニック	R4	手術室	1	1	○	○	
総合	119	クリーンベンチ	MCV-B131S	PHC	H26, H27	薬剤部	5	1	×	×	
総合	120	ベッドパンウォッシャー	ROSA	ニチオン	H25~R5	各病棟	22	1	×	×	年1回のスポット点検
総合	121	内視鏡スコープ	TYPE-VQ 2本 ENF-GP2 1本	オリンパス	H20, 30	3B病棟	3	0	○	○	エンドケアプラン2 (部品作業費含む)
総合	122	内視鏡スコープ	BF-IT60 2本 BF-P60 2本	オリンパス	H20, 29, R4	3G病棟	4	0	○	○	エンドケアプラン2 (部品作業費含む)
総合	123	内視鏡スコープ	MAF-TM2 1本	オリンパス	R4	4M病棟	1	0	○	○	エンドケアプラン2 (部品作業費含む)
総合	124	心電図データマネジメントシステム	MUSE-NX	GEヘルスケア	R4	生理検査	1	1	○	○	サーバーのためフルメンテナンス
総合	125	脳波計	EEG-1218	日本光電	30	生理検査	1	1	×	×	
総合	126	脳神経データマネジメントシステム	CNNplus	日本光電	R4	生理検査	1	1	○	○	システムの運用支援24を削除 (平日営業日8:30~19:00に変更) 誘発装置はスポット点検に変更。 (サーバー:1/O/O・誘発装置:1/×/×)
総合	127	心臓超音波診断装置	EP107CVx	フィリップス	R3	生理検査	1	1	×	×	点検のみ
総合	128	血圧脈波検査装置	FORM 3	フクダコーリン	28	生理検査	1	1	×	×	スポット点検
総合	129	血圧脈波検査装置	FORM 5	フクダコーリン	R4	生理検査	1	1	×	×	スポット点検
総合	130	エアロモニター呼気ガス分析装置	AE310S	ミナト医科	H25	生理検査	1	1	×	×	スポット点検
総合	131	高気圧酸素治療装置	3300HJ	エア・ウォーター	R5 (高気圧酸素治療室)	1	1	×	×	スポット点検	
総合	132	超音波診断装置	EPIQ Elite	フィリップス	R4, R5	救急外来	2	1	×	×	スポット点検
総合	133	広角眼底カメラ	California	ニコン	R5	眼科外来	1	1	○	○	(スポット点検の文言削除)
総合	134	ジェットウォッシャー	UnicleanPL II 384-2FD	エム・エス・シー	R5	中央滅菌室	2	1	×	△	消耗品および作業費含む
総合	135	超音波メス	GEN11	ジョンソンエンドジョンソン	R3, R2, H30, H 28, H26	手術室	5	1	×	×	
総合	136	アブレーションシステム	AtriCureCyro・AtriCureRF	センチュリーメディカル	H29	手術室	1	1	×	×	
総合	137	手術室顕微鏡	マイクロMITKA	三鷹光器	R5	手術室	1	1	×	×	修理が必要な場合は別途
総合	138	ポリグラフ	RMC-5000	日本光電	R5	心カテ室3	1	1	○	○	
総合	139	全自动尿分析装置	US-3500/US-2300 2台	栄研化学	R4	一般検査	3	1	○	○	US-3500は年2回点検 US-2300は年1回点検
総合	140	全自动尿中有形成分分析装置	UF-5000	シスメックス	R4	一般検査	1	2	○	○	本体及び搬送部含む
総合	141	オージオメータ	AA-M1B, AA-H1	リオン	R5	生理検査	2	1	×	×	スポット点検、耳鼻科外来聴力検査室および2階聴力検査室、点検硬性に耳当てゴム含む。
総合	142	インピーダンスオージオメーター	Titan	ダイアテック	R5	生理検査	1	1	×	×	スポット点検、ティンパノ/SR検査
総合	143	呼吸機能検査装置	CHESTAC-8900α DN型	チェスト	R5	生理検査	1	1	×	×	スポット点検
総合	144	総合呼吸抵抗測定装置	MostGraph-03	チェスト	R5	生理検査	1	1	×	×	スポット点検
総合	145	気道過敏性測定システム	ASTOGRAPH Jupiter21	チェスト	H26	生理検査	1	1	×	×	スポット点検

別紙1 令和7年度 医療機器等保守点検業務委託 対象機器一覧

管理番号	令7 仕様書 番号	器械名	機種	メーカー	購入 年度	設置場所	対象台数	保守内容			保守・修繕内容
								回数	OC	部品	
総合	146	筋電図・誘発電位検査装置	MEB-2312	日本光電	H26	生理検査	1	1	×	×	スポット点検
総合	147	自動染色装置	HE600	ロシュ	R5	病理検査	1	2	○	○	
総合	148	免疫染色装置	ベンチマークULTRAPLUS	ロシュ	R5	病理検査	2	1	○	○	
総合	149	免疫染色装置	BOND-MAX	ライカマイクロシステムズ	R5	病理検査	1	1	○	○	
総合	150	免疫染色装置	Artisan Link Pro	アジレント	R5	病理検査	1	1	×	×	スポット点検
総合	151	免疫染色装置	Autostainer Link48	アジレント	R5	病理検査	1	1	×	×	スポット点検
総合	152	バーチャルスライドシステム	NanoZoomer S360	浜松ホトニクス	R5	病理検査	1	2	○	○	画像配信ソフトウェア点検なし。
総合	153	自動固定包埋装置	VIP6	サクラファインテック	R5	病理検査	3	1	×	×	
総合	154	液状細胞診標本作製装置	シンプレッフ5000	ホロジック	R5	病理検査	1	1	○	○	
総合	155	凍結切片作成装置	クリオスター-NX70	PHC	R5	病理検査	2	1	○	○	総合120追加分
総合	156	透析液溶解装置	AHI-502 BH-502	東亜DKK	R3	人工透析室	2	1	×	○	
総合	157	個人用RO装置	NH5000X	JWS	R5他	ICU 他	6	1	×	○	
総合	158	炭酸ガスレーザー	Edge ONE	ジェイシスメディカル	R5	形成外科	1	2	×	×	スポット点検
こころ	1	ゴミ貯留システム（ゴミック）	ゴミックGMN-6000	日本クリーンシステム	18	地下ドライエリア	1	3	×	△	一部消耗品（活性炭カーデリッジ2回等）含む
こころ	2	多項目自動血球分析装置	XR-1000	シスメックス	R5	検査室	1	2	○	△	定期点検時の交換部品（標準交換部品）含む。オンコール時の部品含まず。
こころ	3	生化学免疫自動処理装置	JCA-BM6010、ルミパルスG1200	日本電子、富士レビオ	26	検査室	1	1	○	△	日本電子、富士レビオ全額無償。指定消耗部品は有償。
こころ	4	アコマ全身麻酔器	Vigor21 II DX	アコマ医科	29	手術室	1	1	×	×	年1回のスポット点検。
こころ	5	ジェットウォッシャー	DEKO-260EK	サクラ精機	29	中央材料室	1	1	×	×	年1回のスポット点検。
こころ	6	脳波計	EEG-1218	日本光電	23	検査室	1	1	×	×	年1回のスポット点検。内部バッキップ電池交換、PCユニットのドライブエモーション及び最適化実施。増幅部・制御部・記録部動作チェック調整実施。
こども	1	手洗い装置	Type101	東西化学	19	各病棟	1	2	×	△	定期交換部品含む。ブレイブ-PF-1P、流量回復剤含む。
こども	2	体外循環肺補助装置	HHC-60	泉工医科	17	手術室	1	1	△	△	CCU設置ローターフロー・コンソールは、部品代及びオンコール費用を含む
こども	3	RO水製造装置	SM II-41R0s	サクラ精機	R3	中材	1	1	○	△	定期交換部品含む。ブレイブ-4本、カク用カワハム-2本、浸式Uランプ-2本含む
こども	4	人工呼吸器IPV	IPV-1C, IPV-2C	バーカショネアジャパン	19, 25	リハビリ	2	1	×	△	定期交換部品含む（オーバーホール含む）
こども	5	自動細菌検査システム	WalkAway96Plus	ベックマンコルター	22	臨床	1	1	○	△	交換部品・作業代・交通費含む（保守契約Aタイプ）
こども	6	手術室術野映像保存システム	SRS(SurgeryRecordingSystem)	メディプラス	24	手術室	1	1	×	△	定期交換部品含む、ハード・ソフトウェアアップデートを含む
こども	7	麻酔器	アボロ	ドレー・ゲル	25, 26	ME	7	2	×	△	定期交換部品含む
こども	8	麻酔器	ファビウスマリ	ドレー・ゲル	25	ME	1	2	×	△	定期交換部品含む
こども	9	麻酔器	ファビウスタイロ	ドレー・ゲル	26	ME	1	2	×	△	定期交換部品含む
こども	10	全自动グリコヘモグロビン分析装置	HLC-723GX	栄研化学	25	臨床	1	2	×	△	故障時随時保守+部品代
こども	11	多項目自動血球分析装置	XN-1000	シスメックス	25	臨床	1	2	○	○	フルメンテナンス 365日 9:00～17:35
こども	12	ウロダイナミック検査装置	ソーラーシステム	MMS	25	臨床	1	1	×	×	保守契約Aタイプ
こども	13	体温管理システム	Arctic Sun 2000	IMI	22	各病棟(NICU, PICU)	1	4	○	×	NICU：1年点検1回、3ヶ月点検3回
こども	14	デジタル脳波計システム	Prime Vita Plus	日本光電	R5	サーバー室	1	1	○	○	リモート対応メンテナンス、運用支援9時～17時 ・Prime Vita Plus(1/O/O) ・脳波計 ECG-1250(1/X/X)
こども	15	3次元立体画像診断・治療装置	CARTO XP システム	ジョンソンエンドジョンソン	23	ハイブリッド手術室	1	1	○	○	プラン：安心サービス 1年分
こども	16	人工心肺装置	HAS II, HHC-56	泉工医科	27	手術室	1	1	×	×	※機種：HAS II, HHC-56のみに変更
こども	17	全自动血液凝固測定装置	CS-5100	シスメックス	27	検査技術室	1	2	○	△	STタイプ 交換部品含む
こども	18	滅菌管理システム	SURGICAL BRAIN SYSTEM	ミズホ	27	中材、手術室	1	0	○	○	フルメンテナンス（保守プランはこれのみ）
こども	19	臨床用ポリグラフ	RMCS5000	日本光電	27	手術室	1	2	×	×	
こども	20	超音波診断装置	Applio400	キヤノンメディカルシステムズ	27	北4病棟	1	1	○	○	PVT-375BT 含む本体のみフルメンテナンス
こども	21	注射薬自動払出システム	UNIPUL NDS-4000（分割タイプ、トレー浅型）	トーショー	24	注射室	1	1	○	○	フルメンテナンス

別紙1 令和7年度 医療機器等保守点検業務委託 対象機器一覧

管理番号	令7 仕様書 番号	器械名	機種	メーカー	購入年度	設置場所	対象台数	保守内容			保守・修繕内容
								回数	OC	部品	
こども	22	透過型電子顕微鏡	JEM-1400Plus	日本電子	24	電子顕微鏡室	1	1	○	△	オンコール・10万円以下部品無償
こども	23	超音波診断装置	SSD-ARIETTAS70	日立製作所	28	エコーセンター	1	1	○	×	
こども	24	超音波診断装置	Voluson P8	GEヘルスケア	28	周産期センター	1	1	×	×	
こども	25	超音波診断装置	Voluson E10	GEヘルスケア	27	周産期外来	1	1	×	×	
こども	26	人工呼吸器	V60ベンチレータ	フィリップス	28	PICU病棟	1	1	○	○	
こども	27	低体温管理システム	Arctic Sun 5000	IMI	28	北2病棟	1	2	○	△	定期交換部品のみ含む
こども	28	過酸化水素低温プラズマ滅菌装置	ステラッド100NX	ジョンソンエンドジョンソン	28	中央材料滅菌室	1	2	○	○	点検年2回、オンコール修理費用・部品代含む
こども	29	網膜電位計	RETeval-C	メイヨー	29	眼科	1	1	×	×	点検期間は代替機対応。修理必要な場合は別途見積り
こども	30	遠心型血液成分分離装置	スベクトロプロテイア	テルモBCT	29	ME集中管理室	1	2	○	○	
こども	31	低温プラズマ滅菌装置	ステラッド100S	ジョンソンエンドジョンソン	29	中央材料滅菌室	1	2	○	○	定期交換部品有
こども	32	光干渉断層計システム	スペクトラリス OCT	ジャパンフォーカス	29	眼科	1	2	○	○	
こども	33	人工呼吸器	V60ベンチレータ	フィリップス	29	PICU病棟 ME集中管理室	1	1	×	△	
こども	34	超音波診断装置	Voluson P8	GEヘルスケア	29	周産期センター	1	1	×	×	
こども	35	血液ガス分析装置	ABL90	ラジオメーター	29	NICU、PICU 2台、救急科・検査室、CCU、手術室、ハイブリッド血管造影室	8	1	○	○	
こども	36	皮膚良性血管治療用レーザー装置	Vbeam II	シネロンキャンデラ	29	形成外科	1	1	○	○	
こども	37	質量分析装置	MALDI ハイクライア	ベックマンコルター	28	細菌検査室	1	1	○	○	端末、プリント除く
こども	38	超音波診断装置	EPIQ7 G	フィリップス	29	エコー室	1	2	○	×	
こども	39	超音波診断装置	EPIQCVx	フィリップス	R1	エコー室	1	2	○	×	
こども	40	超音波診断装置	VOLSONP8	GEヘルスケア	R1	産科	1	1	×	×	点検のみ
こども	41	全自動尿分析装置	US-3500	栄研化学	30	検査	1	2	○	○	
こども	42	全自動尿分析装置	US-1200	栄研化学	30	検査	1	1	○	○	
こども	43	全自動尿中成分分析装置	UF-5000	シスマックス	30	検査	1	2	○	○	
こども	44	全自動輸血検査装置	IH-500	バイオラッド	30	検査	1	2	○	○	プランA
こども	45	多項目自動血球分析装置	XN-1000	シスマックス	30	検査	1	2	○	○	
こども	46	分娩監視システム	OBIS	トイツ	R1	産科	1	1	○	○	
こども	47	眼底カメラ	California RGモデル	ニコン	R1	眼科	1	1	○	○	
こども	48	無菌製剤調製室及び室内機	NASS-8017AR、NCS-1900S、SG404、NPB-255/200C、NCF-1600S	日科ミクロン	R1	薬剤室	1	1	○	×	器機点検・性能検査 無菌室洗浄、清潔度検査
こども	49	減圧式煮沸洗浄器	RQ-50E	三浦工業	R1	中央滅菌室	2	1	×	×	消耗部品交換含む
こども	50	薬用高压蒸気滅菌装置	Σ YR-B09SLPC	サクラ精機	R1	中央滅菌室	1	1	×	×	性能検査事前点検整備
こども	51	脳波計	EEG-1214	日本光電	R1	検査	1	1	×	×	
こども	52	神経刺激モニター	NIMニューロ	日本メドトロニック	27	手術室	1	1	○	○	
こども	53	高速・高解像度バーチャルスライドスキャナ	NanoZoomer S60蛍光	浜松ホトニクス	R2	検査	1	1	○	○	
こども	54	ホロミウムヤグレーザー	Quanta Litho	エダップテクノメイド	R2	手術室	1	1	○	×	消耗品交換含む
こども	55	超音波診断装置	VolusonP8	GEヘルスケア	R2	産科	1	1	×	×	
こども	56	人工呼吸器	V60ベンチレータ	フィリップス	R2	ME集中管理室	2	1	○	○	
こども	57	心臓用冷凍手術ユニット	AtriCureCryo	センチュリーメディカル	R2	循環器科	1	1	○	○	消耗品交換含む
こども	58	低体温管理システム	Arctic Sun 5000	IMI	R2	NICU	1	2	○	△	定期交換部品のみ含む
こども	59	色素疾患治療用レーザー装置	ザ・ルビーZ1 Nexus	ジェイメック	R2	手術室	1	1	○	△	定期交換部品含む (スタンダードプラン：作業費・出張費無償) ※毎年酸素センサーの交換が必要な器械
こども	60	保育器	インキュビ	アトムメディカル	R2	手術室	1	1	○	△	定期交換部品含む (スタンダードプラン：作業費・出張費無償) ※毎年酸素センサーの交換が必要な器械
こども	61	開放型保育器	インファウォーマ i	アトムメディカル	R2	手術室	1	1	○	△	定期交換部品含む (スタンダードプラン：作業費・出張費無償) ※毎年酸素センサーの交換が必要な器械

別紙1 令和7年度 医療機器等保守点検業務委託 対象機器一覧

管理番号	令7 仕様書 番号	器械名	機種	メーカー	購入年度	設置場所	対象台数	保守内容			保守・修繕内容
								回数	OC	部品	
こども	62	超音波診断装置	ARIETTA750	富士フィルムヘルスケア	R2	手術室	1	1	○	×	
こども	63	手術室顕微鏡	OPMI PENTERO 800	カールツァイスメディック	R1	手術室	1	1	○	○	
こども	64	オージオメータ	AA-H1	リオン	R3	耳鼻科外来	1	1	×	△	校正料、定期交換部品一部含む
こども	65	脳波計	CC-125A	日本光電	R3	NICU	1	1	×	×	
こども	66	セファロ撮影装置		大林製作所	R3	放射線科	1	1	○	○	
こども	67	低体温管理システム	Arctic Sun 5000	IMI	R3	PICU	1	2	○	△	定期交換部品のみ含む
こども	68	ビゲーションスミ	S8	日本メドロニック	R3	手術室	1	1	△	○	プラチナプラン（高額部品交換含む）
こども	69	超音波診断装置	EPIQ CVx	フィリップス	R3	PICU	1	2	○	×	
こども	70	生化学自動分析装置	LABOSPECT006	日立ハイテク	R3	検査室	2	2	○	○	
こども	71	臨床化学自動分析装置	コバスpro<801>	ロシュ	R3	検査室	1	2	○	○	
こども	72	免疫発光測定装置	ルミバースG1200プラス	H.U.フロンティア	R3	検査室	1	1	○	○	
こども	73	全自動赤血球沈降速度測定装置	ROLLER20PN	フィンガーリンク	R3	検査室	1	1	○	○	
こども	74	血液培養自動分析装置	BD バクテックFX(Top)システム	日本BD	R3	細菌検査室	1	1	○	○	
こども	75	血液培養自動分析装置	BD バクテックFX40 システム	日本BD	R3	細菌検査室	1	1	○	○	
こども	76	細菌検査情報システム	BD Epicenterシステム	日本BD	R3	細菌検査室	1	0	○	○	サーバー1台クライアント3台 点検無し
こども	77	安全キャビネット	MHE-130AJ	PHC	R3	細菌検査室	1	1	×	△	フィルタ交換及び点検
こども	78	安全キャビネット	BHC-T701 II A2S/T700 II A1	日本エアテック	R3	細菌検査室	2	1	×	△	フィルタ交換及び点検
こども	79	オートクレーブ	HV-85/HA-300MIV	平山製作所	R3	細菌検査室	2	1	×	×	
こども	80	生体情報モニタ		日本光電	R5	手術室他	375	1	×	△	送信機を含む、スポット点検へ変更
こども	81	超音波診断装置	Voluson Expert	GEヘルスケア	R4	産科	1	1	×	×	
こども	82	PCR検査装置フィルムアレイ	FilmArray Torch	ビオメリュージャパン	R4	細菌検査	1	1	○	○	
こども	83	全自动クリニカルフローサイトメーター	AQUIOSNaviosEX	ベックマンコルター	R4	血液検査	1	2	○	△	※部品△（一部含まない部品あり）
こども	84	自動免疫染色装置	BOND-MAX	ライカマイクロシステムズ	R4	病理検査	1	1	○	○	
こども	85	密閉式固定包埋装置	VIP6	サクラファインテック	R1	病理検査	1	1	×	×	
こども	86	自動ガラス封入装置	SCG-400	サクラファインテック	R1	病理検査	1	1	×	×	
こども	87	凍結切片作成装置	CM1950	ライカマイクロシステムズ	27	病理検査	1	1	×	×	
こども	88	LEICA製ウルトラミクロトーム	UV7型	日本電子	26	病理検査	1	1	×	×	
こども	89	採血管準備システム	BCROB08001	テクノメディカ	R3	採血室	1	1	○	×	
こども	90	超音波診断装置	ARIETTA850DI	富士フィルムヘルスケア	R4	PICU	1	1	○	×	
こども	91	超音波診断装置	Vivid E95	GEヘルスケア	R4	エコー室	1	1	×	×	
こども	92	超音波診断装置	EPIQ Elite	フィリップス	R4	エコー室	1	1	○	×	
こども	93	バイポーラジェネレーター	ベサリウスシリーズMCN	東機貿	R5	手術室	1	1	×	×	点検のみ
こども	94	超音波診断装置	Aprio i800	キヤノンメディカルシステムズ	R2	エコー室	1	1	○	○	ギャランティワンプラン 契約対象プロープの内1本まで保証
こども	95	新生児聴覚スクリーニング用検査装置	Titan	ダイアテック	31	生理検査室	1	1	×	×	点検のみ
こども	96	聴性誘発反応検査装置	Eclipse	ダイアテック	R2	生理検査室	1	1	×	×	点検のみ
こども	97	薬袋印字システム	RI-6	トーショー	R5		1	0	○	○	
こども	98	エンドクレンズ	Neo	ASP	R5	中材	2	1	×	×	
こども	99	超音波診断装置	EPIQ Elite	フィリップス	R5	NICU	1	1	○	×	
こども	100	超音波診断装置	EPIQ Elite	フィリップス	R6	PICU	1	1	○	×	
こども	101	経皮ガスマニタ	TCM5	ラジオメーター	R3	リハビリ	2	1	○	○	

別紙1 令和7年度 医療機器等保守点検業務委託 対象機器一覧

管理番号	令7 仕様書 番号	器械名	機種	メーカー	購入 年度	設置場所	対象台数	保守内容			保守・修繕内容
								回数	OC	部品	
こども	102	純水製造装置		東洋紡エンジニアリング	R3	検査室	2	1	○	×	
こども	103	自動浸透圧測定装置	OM-6060	アークレイ	21	検査室	1	1	×	×	
こども	104	超音波診断装置	CUS-AA000	キヤノンメディカルシステムズ	R5	北4病棟	1	1	○	×	
こども	105	超音波診断装置	CUS-AA000	キヤノンメディカルシステムズ	R5	外来(空)	1	1	○	×	
こども	106	超音波診断装置	CUS-X100G/JB	キヤノンメディカルシステムズ	R3	外来(海)	1	1	○	○	故障時契約対象プローブ1本保証 (ギャランティワンプラン：契約対象内のプローブのうち1本まで保証 バッテリー含む)