

別紙1  
平成29年度保守対象予定医療機器

病院	仕様書番号	器 械 名	機種	メーカー	購入年度	設置場所	対象台数	保守仕様詳細 （甲は契約書第3条に記載した契約金額以外には、★列に記載された事項を除き一切の費用負担を要しないものとする）					備考 （保守対象範囲等）
								契約内容					
								定期点検回数	オンコール費	交換部品代金	交換部品代金に含まれないもの	特別保証 管球	
							台				★		
総合	1	画像ワークステーション	AdbantagWorkstation	GE	17	循環器センター	1	-	○	○	-	-	
総合	2	乳房撮影装置 (STEREOTI)	Senographa DS 1式	GE	16	放射線	1	2	○	○	-	○	
総合	3	PET－CT	Discovery ST Elite16 1式 Discovery ST Elite Performance16 2式	GE	18	PETセンター	3	4	○	○	-	○	管球交換は全体で2本／年まで含む
		画像ワークステーション	AdbantagWorkstation	GE	18	PETセンター	5	－	○	○	-	-	
		PETワークステーション	Xeleris workstation	GE	18	PETセンター	7	－	○	○	-	-	
総合	4	放射線治療計画装置	Xio 2台	エレクタ	6、20	放射線	2	2	○	○	-	-	
総合	5	移動型X線TV装置	BV-309 1式	フィリップス	10	手術室	1	1	○	○	-	○	(H24部品供給停止)
総合	6	コンピュータ処理放射線 撮影装置	FCR SPEEDIA CS 4台 FCR XG－1(RU) 2台 DRYPiX 7000 2台 CR Console 6台	富士フィルム	15	放射線	14	2	○	○	-	-	
総合	7	コンピュータ処理放射線 撮影装置(救急)	FCR 5000H 1台 （修繕のみ対応） FCR XL-1 1台 FCR XG-1 1台 DRYPiX 4000 1台 DRYPiX 7000 2台 Smart-UPS750JB 1台（修繕のみ対応） CLEVIEW 1台（修繕のみ対応） CR Console Adv 4台（1台は保守のみ対応） FCRVELOCITY U 1台 DR CALNEO Flex 1台 Console Adv MOBILE 1台 SYNAPSE-QA 4台 CALNEO C(14×17、14×17Wireless) 2台 CALNEO C (17×17Wireless) 1台 CALNEO Smart G47 1台 CALNEO Smart (MP) 1台	富士フィルム	15～21	放射線	24	2	○	○	-	-	
総合	8	造影剤注入器	デュアルショットGX 2台 オートエンハンスA-60 1台	根本杏林堂	16～20	CT室	3	1	○	○	-	-	
総合	10	X線TV装置	Sonialvision Safire 2式	島津製作所	17	放射線	2	2	○	○	-	○	
総合	11	密封小線源腔内治療装 置	RAC－C／KXO－50G 1式 マイクロセレクトロンHDR 1式 PLATO 1式	東芝メディカルシステムズ	14	放射線	1	2	○	○	-	-	消耗品は含まない。
総合	12	放射線治療装置（Ⅱ）	PRIMUS KD2/7450 1式 治療用寝台 2 床下ベース 1 照合装置 1	東芝メディカルシステムズ	16	放射線	1	4	○	○	-	○	
総合	13	放射線治療装置（Ⅰ）	PRIMUS PKDM-7467 1式 治療用寝台 2 床下ベース 1 照合装置 1 テラー 1	東芝メディカルシステムズ	18	放射線	1	4	○	○	-	○	
総合	14	CT(東芝64列Aquilion) 救急	TSX-101A/EA 1式	東芝メディカルシステムズ	16	循環器センター	1	4	○	○	-	○	ワークステーションは仕様書番 号15と共有
総合	15	CT(東芝64列Aquilion2)	TSX-101A/HA 1式	東芝メディカルシステムズ	20	循環器センター	1	4	○	○	-	○	
		画像ワークステーション	Zioワークステーション	東芝メディカルシステムズ	20	循環器センター	2	－	○	○	-	-	
		CT3D画像サーバー	Zioサーバー	東芝メディカルシステムズ	20	循環器センター	2	－	○	○	-	-	
総合	16	位置決めCT装置(東芝 Aquilion16LB)	TSX-201A/1A 1式	東芝メディカルシステムズ	20	放射線	1	2	○	○	-	○	
総合	17	X線位置決め装置	LX-40B/50N 1台	東芝メディカルシステムズ	8	放射線	1	2	○	○	-	○	
総合	18	一般撮影装置(救急用)	KXO-80G 1台 DST-100A 2台	東芝メディカルシステムズ	11	放射線	1	1	○	○	-	○	
総合	19	放射線情報管理システム	ERIS-5000	東芝メディカルシステムズ	18	放射線	1	1	○	○	-	-	(H28部品供給停止)
総合	20	放射線治療装置(Ⅲ)	ONCOR Impression plus OPTIVUE 1000ST 160MLC	東芝メディカルシステムズ	22	放射線	1	4	○	○	高額消耗品 (クライストロ ン、セラミック スイッチ、RF ドライバー、 加速管)	-	
総合	21	デジタルガンマカメラ (Symbia E)	Symbia E GMS-7700B	東芝メディカルシステムズ	22	核医学	1	2	○	○	検出器、シン チレーター	-	
総合	22	回診用X線装置	シリウス130HP 4台	日立製作所	14～24	放射線	4	2	○	○	-	○	
総合	23	前立腺がん密封小線源 治療支援システム	SPOTPRO 1台 セレクトステッパー 1台 マイクロアプリケーター 1台 アロカSSD-4000 1台	千代田テクノル	18	放射線	1	1	○	○	-	-	
総合	24	骨密度測定装置	Discovery A	ホロジック	23	放射線外来	1	2	○	○	-	○	
総合	25	移動型デジタル式汎用一 体型X線透視診断装置	Mobile C-arm system BV Endura	フィリップス	23	整形外科	2	1	○	○	管球、イメー ジインテンシ ティファイア	-	
総合	26	外科用イメージ装置	OPESCOPE ACTIVO	島津製作所	24	救命救急センター	1	2	○	○	管球、消耗品	-	
総合	27	歯科用X線撮影装置	レントゲン装置FM-I,ペラビューエボックス CR	モリタ	24	放射線	2	1	○	○	-	○	
総合	28	全身用X線CT診断装置 (320列)	Aquilion ONE VISION EDITION	東芝	25	循環器センター	1	4	○	○	-	○	管球等の高額消耗品、ワークス テーション、造影剤注入装置含 む。
総合	29	DRシステム(X線撮影装 置)	DR BENE0 CALNEO C(14×17 Wireless) DR CALNEO	富士フィルムメディカル	25	放射線科	1	1	○	○	-	○	FPDに関しては、過失故障1回／ 年付
総合	30	放射線情報管理システム (RIS/PACSシステム)	F-RIS	富士フィルムメディカル	25	放射線科	1	2	○	○	-	-	

病院	仕様書番号	器 械 名	機種	メーカー	購入年度	設置場所	対象台数	保守仕様詳細 （甲は契約書第3条に記載した契約金額以外には、★列に記載された事項を除き一切の費用負担を要しないものとする）					備考 （保守対象範囲等）
								契約内容					
								定期点検回数	オンコール費	交換部品代金	交換部品代金に含まれないもの	特別保証 管球	
							台				★		
総合	31	患者誘導システム	PHS基地局RFID	テクノメディカ	18	放射線科	1	1	▲	▲	-	-	メッセージカードバッテリー交換のみを含む。無線アンテナ、メッセージカード、PC等の引き上げ修理は別途有償
総合	32	PET製剤用自動注入装置(処置室用)	M-130	住友重機械工業	18	PETセンター	1	2	○	▲	単価20万円超	-	20万円以上の部品費は病院請求
総合	33	SPECT専用核医学診断システム	GCA-9300R	東芝	26	核医学	1	4	○	▲	検出器、シンチレータ	-	定期点検交換部品のみ
総合	34	X線一般撮影装置	BENEO1T2P 1台 RAD SPEED Pro(1管球使用) 1台 RAD SPEED Pro(2管球使用) 1台	富士フィルムメディカル島津製作所	26	放射線科	1	1	○	○	管球、高圧トランス、モニター、消耗品	×	CALNEO C1417Wireless 1台は過失故障3回/年付 CALNEO CminiWireless 2台は過失故障1回/年付
総合	35	結石破砕装置	Delta II	ドルニエメドテックシステムズ	26	放射線科	1	2	○	○	EMSE、X線モノブロック、イメージ、モニター	×	定期点検年2回、軽点検、脱気水交換年2回
総合	48	血管撮影装置	ALLURA FD10/10	フィリップス	27	血管造影室	1	2	○	×	-	×	
総合	48	エキシマレーザ	CVX-300-P	DVX	27	血管造影室	1	2	×	×	-	-	
総合	48	臨床用ポリグラフ	BirdLAB System PRO	BSJ	27	血管造影室	1	1	○	○	-	-	
総合	48	造影剤注入器	ASSIST	DVX	27	血管造影室	2	1	○	×	-	-	
こころ	36	コンピューター処理放射線撮影装置	FCR XG-1 1台 DRYPIX-7000 1台 C@RNA CORE 1台	富士フィルム	16	検査室	3	2	○	○	-	-	
こころ	37	一般X線撮影装置	UD150B-30, CH-30GH, BK-120M, SA-U	島津製作所	14	検査室	1	2	○	○	-	○	
こころ	38	歯科レントゲン	OP-100	ヨシダ	18	検査室	1	1	×	×	-	×	
こども	39	単純X線撮影装置(X-2)	Digital Diagnost TH/VS	フィリップス	17	放射線科外来	1	2	○	○	-	○	
		ゲートウェイコンソール	PRINT GATEWAY	フィリップス	17	放射線科外来	1	-	○	○	-	-	
こども	40	FCRシステム	CR Console Adv 3台 DRYPIX 7000 1台 Console Advance(Mobile) 1台 CALNEO C(14×17Wireless) 1台 DR CALNEO Flex 1台	富士フィルム	6～25	放射線科外来	7	2	○	○	-	-	
こども	41	歯科用X線撮影装置	DFW-20,パノラマレントゲン装置	朝日、モリタ	25	放射線外来	1	1	○	○	-	○	(H28部品供給停止)
こども	42	リニアック	M2/6745	東芝メディカルシステムズ	15	G棟	1	3	○	○	-	○	
こども	43	回診用X線装置	12HP×1台,130HP×4台,125MX×1台	日立製作所	18～25	放射線科	6	2	○	○	-	○	(12HP,125MXについてはH27部品供給停止)
こども	44	骨密度測定装置	Explorer-W	ホロジック	20	放射線外来	1	2	○	○	-	○	
こども	45	多目的X線透視撮影装置	ZEXIRA FPD1717	東芝メディカルシステムズ	23	放射線外来	1	2	○	▲	部品免責20万円	-	高額消耗品(管球・フラットパネル)は含まない(免責20万円適応)、部品費20万円以上を含む
こども	46	セファロ撮影用X線装置	UD150L-40E	島津製作所	25	放射線科	1	1	○	▲	点検時部品交換代以外	-	修理部品については含まない
こども	47	造影剤自動注入器	Avanta	メドラッド	24	血管撮影室	1	1	○	▲	点検時部品交換代以外	-	修理部品については含まない

※部品・消耗品等がサポートエンドとなっている場合でも、部品・消耗品等が調達できる範囲で対応することを原則とする(調達・修理が不可能な場合には甲乙協議の上、変更契約を行う。)