

別紙1
平成30年度保守対象予定医療機器

管理番号	仕様書番号	器 械 名	機種	メーカー	購入年度	設置場所	対象台数	保守仕様詳細 (甲は契約書第3条に記載した契約金額以外には、★列に記載された事項を除き一切の費用負担を要しないものとする)					備考
								契約内容					
								定期点検回数	オンコール費	交換部品代金	交換部品代金に含まれないもの	特別保証 管球交換	
					平成		台						
総合	01	画像ワークステーション	AdbantagWorkstation	G E	17	循環器センター	1	—	○	○	—	—	
総合	02	乳房撮影装置 (STEREOTI)	Senographa DS 1式	G E	16	放射線	1	2	○	○	—	○	
総合	03	P E T－C T	Discovery ST Elite16 1式 Discovery ST Elite Performance16 2式	G E	18	PETセンター	3	4	○	○	3本目以上/ 年管球	○	管球交換は全体で2本/ 年まで含む
総合	04	放射線治療計画装置	Xio 2台	エレクト	6、20	放射線	2	2	○	○	—	—	
総合	05	移動型X線TV装置	BV-309 1式	フィリップス	10	手術室	1	1	○	△	—	△	修理不能時使用停止
総合	06	コンピュータ処理 放射線撮影装置	FCR SPEEDIA CS 4台 FCR XG-1 (RU) 2台 DRYPIX 7000 2台 CR Console Adv 6台	富士フィルム	15	放射線	14	2	○	○	—	—	
総合	07	コンピュータ処理 放射線撮影装置 (救急)	FCR 5000H 1台 (修繕のみ対応) FCR XL-1 1台 FCR XG-1 1台 DRYPIX 4000 1台 DRYPIX 7000 2台 Smart-UPS750JB 1台 (修繕のみ対応) CLEVIEW 1台 (修繕のみ対応) CR Console Adv 4台 (1台は保守のみ対応) FCRVELOCITY U 1台 DR CALNEO Flex 1台 Console Adv MOBILE 1台 SYNAPSE-QA 4台 CALNEO C (14×17、14×17Wireless) 2台 CALNEO C (17×17Wireless) 1台 CALNEO Smart G47 1台 CALNEO Smart (MP) 1台	富士フィルム	15～ 21	放射線	24	2	○	○	—	—	
総合	08	造影剤注入器	デュアルショットGX 2台 オートエンハンスA-60 1台	根本杏林堂			3	1	○	○	—	—	
総合	09	X線TV装置	Sonialvision Safire 2式	島津製作所	17	放射線	2	2	○	○	—	○	
総合	10	密封小線源腔内治療装置	RAC-C/KX0-50G 1式 マイクロセレクトロンHDR 1式 PLATO 1式	キヤノンメディカルシステムズ	14	放射線	1	2	○	△	—	△	RAL-Cがサポートエンド (部品ある限り対応)
総合	11	放射線治療装置 (Ⅱ)	PRIMUS KD2/7450 1式 治療用寝台 2 床下ベース 1 照合装置 1	キヤノンメディカルシステムズ	16	放射線	1	4	○	○	—	○	
総合	12	放射線治療装置 (Ⅰ)	PRIMUS PKDM-7467 1式 治療用寝台 2 床下ベース 1 照合装置 1 チラー 1	キヤノンメディカルシステムズ	18	放射線	1	4	○	○	—	○	
総合	13	C T (東芝64列 Aquilion2)	TSX-101A/HA 1式	キヤノンメディカルシステムズ	20	循環器センター	1	4	○	○	—	○	
総合	14	画像ワークステーション	Zioワークステーション		20	循環器センター	2	—	○	○	—	—	
総合	15	C T 3 D画像サーバー	Zioサーバー		20	循環器センター	2	—	○	○	—	—	
総合	16	位置決めC T装置 (東芝 Aquilion16LB)	TSX-201A/1A 1式	キヤノンメディカルシステムズ	20	放射線	1	2	○	○	—	○	
総合	17	X線位置決め装置	LX-40B/50N 1台	キヤノンメディカルシステムズ	8	放射線	1	2	○	○	—	○	
総合	18	一般撮影装置 (救急用)	KX0-80G 1台 DST-100A 2台	キヤノンメディカルシステムズ	11	放射線	1	1	○	△	—	△	H30.7サポートエンド (部品ある限り対応)
総合	19	放射線情報管理システム	ERIS-5000	キヤノンメディカルシステムズ	18	放射線	1	1	○	△	—	△	サポートエンド (部品ある限り対応)
総合	20	放射線治療装置 (Ⅲ)	ONCOR Impression plus OPTIVUE 1000ST 160M L C	キヤノンメディカルシステムズ	22	放射線	1	4	○	○	クライストロン、セラミックス イッチ、RFドライバ、加速管を除く	○	高額消耗品除く
総合	21	デジタルガンマカメラ (Symbia E)	Symbia E GMS-7700B	キヤノンメディカルシステムズ	22	核医学	1	2	○	△	検出器・シンチレータ	—	高額消耗品除く
総合	22	回診用X線装置	130HP 4台	日立製作所	14～24	放射線	4	2	○	○	—	○	
総合	23	前立腺がん密封小線源治療支援システム	SPOTPRO 1台 セレクトステッパー 1台 マイクロアプリケーション 1台 アロカSSD-4000 1台	千代田テクノ	18	放射線	1	1	○	○	—	—	
総合	24	骨密度測定装置	Discovery A	ホロジック	23	放射線外来	1	2	○	○	—	○	
総合	25	移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置	Mobile C-arm system BV Endura	フィリップス	23	整形外科	2	1	○	△	—	×	管球、イメージインテンシファイアを除く

総合	26	外科用イメージ装置	OPESCOPE ACTIVO	島津製作所	24	救命救急センター	1	2	○	○	管球	×	高額消耗品除く
総合	27	歯科用X線撮影装置	レントゲン装置FM-I, ペラビューエボックス CR	モリタ	24	放射線	2	1	○	○	-	○	
総合	28	全身用X線CT診断装置 (320列)	Aquilion ONE VISION EDITION	キヤノンメディカルシステムズ	26	循環器センター	1	4	○	○	-	○	
総合	29	DR システム (X線撮影装置)	DR BENE0、CALNEO C(14×17Wireless)、DR CALNEO	協和医科	25	放射線科	1	1	○	○	管球・高圧トランス・モニター・消耗品	×	CALNEO C1417は3回/過失保証 CALNEO Cmini Wirelessは1回/過失保証
総合	30	放射線情報管理システム (RIS/PACSシステム)	F-RIS	富士フィルム	25	放射線科	1	2	○	○	-	-	
総合	31	PET製剤用自動注入装置 (処置室用)	M-130	協和医科	18	PETセンター	1	1	○	△	単価20万円を超える部品	-	部品免責20万円迄
総合	32	SPECT専用核医学診断システム	GCA-9300R	キヤノンメディカルシステムズ	26	核医学	1	4	○	×	-	×	
総合	33	エックス線一般撮影装置	BENNE0 1T2P 1台 RAD SPEED Pro (1管球) 1台 RAD SPEED Pro (2管球) 1台	協和医科	26	放射線科	3	2	○	△	管球	×	
総合	34	結石破碎装置	DELTA II	ドルニエメドテック	26	放射線科	1	2	○	△	EMSE、管球、イメージモニター	×	
総合	35	血管撮影装置	ALLURA FD10/10	フィリップス	27	血管造影室	1	2	○	×	-	×	
総合	36	エキシマレーザー	CVX-300-P	DVX	27	血管造影室	1	2	×	×	-	-	
総合	37	臨床用ポリグラフ	BirdLAB System PRO	BSJ	27	血管造影室	1	1	○	○	-	-	
総合	38	造影剤注入器	ASSIST	DVX	27	血管造影室	2	1	×	×	-	-	
総合	39	手技用イメージ装置	ORTHO SCAN FD	ガデリウス	28	手術室	1	1	×	×	-	-	
総合	40	エックス線テレビ装置	DREX-UI80/06	キヤノンメディカルシステムズ	28	内視鏡室	1	2	○	×	-	×	
こころ	01	コンピューター処理放射線撮影装置	FCR XG-1 1台 DRYPIX-7000 1台 C@RNA CORE 1台	富士フィルム	16	検査室	3	2	○	○	-	-	
こころ	02	一般X線撮影装置	UD150B-30, CH-30GH, BK-120M, SA-U	島津製作所	14	検査室	1	2	○	○	-	○	
こころ	03	歯科用レントゲン	OP-100	ヨシダ	18		1	1	×	×	-	×	
こころ	04	造影剤注入装置	SMART SHOT	根本杏林堂	27	放射線	1	1	×	×	-	-	
こども	01	単純X線撮影装置 (X-2)	Digital Diagnost TH/VS	フィリップス	17	放射線科外来	1	2	○	○	-	○	
こども	02	FCRシステム	CR Console Adv 3台 DRYPIX 7000 1台 Console Advance (Mobile) 1台 CALNEO C(14×17Wireless)1台 DR CALNEO Flex 1台	富士フィルム	6～25	放射線科外来	7	2	○	○	-	-	
こども	03	歯科用X線撮影装置	パノラレントゲン装置、DWF-20	モリタ	9, 25	放射線外来	1	1	○	△	-	△	部品供給可能な範囲の対応
こども	04	リニアック	M2/6745	キヤノンメディカルシステムズ	15	G棟	1	3	×	×	-	×	
こども	05	回診用X線装置	130HP×4台	日立製作所	18～25	放射線科	4	2	○	○	-	○	
こども	06	骨密度測定装置	Explorer-W	ホロジック	20	放射線外来	1	2	○	○	-	○	
こども	07	多目的X線透視撮影装置	ZEXIRA FPD1717	キヤノンメディカルシステムズ	23	放射線外来	1	2	○	△	管球・FPD・単価20万円までを超える部品	×	
こども	08	セファロ撮影用X線装置	ED-125-L	島津製作所	26	放射線科	1	1	○	×	-	×	
こども	09	造影剤注入器	Avanta	メドラッド	24	血管造影室	1	1	×	×	-	×	
こども	10	外科用イメージ装置	OPESCOPE	島津製作所	—	手術室	1	1	×	×	-	×	
こども	11	治療計画装置	Xio	エレクトア	15	放射線科	1	-	×	×	-	-	

※部品・消耗品等がサポートエンドとなっている場合でも、部品・消耗品等が調達できる範囲で対応することを原則とする（調達・修理が不可能な場合には甲乙協議の上、変更契約を行う。）