

平成30年度静岡県立こども病院北館ナースコール更新工事 質疑に対する回答

No.	質問事項	質問内容	回答
1	HPからダウンロードした公告フォルダー内のファイルについて	HPからダウンロードした公告ホルダー内のファイル番号に抜け(No19、No20)がありましたか、No19、No20は存在しますか？	No19及びNo20のファイルは存在しません。
2	実施要領 9その他 契約保証金	履行保険に加入する事で、契約保証金納付に代えることができますか？	契約書案の約款第4条に示すとおり、契約保証金の納付以外にも、契約の保証はできるものとしております。
3	特記仕様書 5. 2工事基準 (2)運用・保守	導入後の運用・保守に関する対象範囲は、本調達範囲に限定されるとの理解でよろしいでしょうか。 ・ナースコールシステム「3セット」 ・既設IP-PBX「本工事導入物品のみ」	導入後の運用・保守に関する対象範囲は、本工事内容に限定されます。 なお、機器設置後1年間の保障期間は必要です。
4	特記仕様書 5. 3システム機能 (5)IP-PBX ①	「導入機器は、既設IP-PBXで利用可能」との記載がありますが、これはナースコール子機の交換機能を含めたものであり、既設IP-PBX以外にナースコール専用の電話交換機は導入しないとの理解でよろしいでしょうか。	ナースコール専用の電話交換機は導入しません。
5	特記仕様書 5. 4工事概要 (4)IP-PBX工事 ③	既設IP-PBXへの機能追加・削除等の変更が発生する場合、当該機能の確認試験のみならず、その他、既存環境で利用している機能にも影響を及ぼしていないことを確認する作業が含まれるとの理解でよろしいでしょうか。	既存環境の機能に影響を及ぼしていないことを確認する作業は含まれます。 なお、確認方法は、当院との協議によります。

担当 静岡県立こども病院 総務課管財係 小澤
電話 054-247-6251(代表)