

仕様書

- | | | | |
|-----|---|-----------------|----|
| 1 | 器械の名称 | スリットランプマイクロスコープ | |
| 2 | 数量 | 1式 | |
| 3 | 機器の構成等 | | |
| | タカギセイコー | | |
| | ・ Slit Lamp Microscope 700GL | | 1台 |
| | 顕微鏡部 | | |
| | スリット部 | | |
| | 架台部 | | |
| | あご台部 | | |
| | 電源部 | | |
| | 重量(パワーアダプターとオプション除く) | 12.5kg | |
| 4 | その他注意すべき事項 | | |
| (1) | 主要諸元はメーカー仕様とする。 | | |
| (2) | 初期動作に必要な部品・消耗品類を揃えること。 | | |
| (3) | 搬入据付費及び転倒防止対策工事費(安全性を確保する必要がある場合)を含むこと。 | | |
| (4) | 工事の詳細については必ず病院担当者と協議したうえで決定すること。 | | |
| (5) | 本装置の使用に必要な医療情報システムとの連携費用を含むこと。 | | |
| (6) | 本装置は、本院の望む方法で本院の望む位置に設置し、その際の電源工事、LAN排水工事等、設置に伴う工事一式を含む。なお、本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。 | | |
| (7) | 接続に際して既存のHis、電子カルテに影響を与えないこと。 | | |
| 5 | 設置場所及び施工方法など | | |
| (1) | 設置場所 | | |
| | 静岡県立こども病院内 | | |
| (2) | 施工方法など | | |
| ア | 契約後速やかに工程表を提出すること。 | | |
| イ | ・ 電源接続などの電気関係工事や蒸気配管工事などが必要な場合は、事前に本院電気主任技術者及びボイラー主任技術者と打ち合わせを行い、施工期間中においては左記の者の指導監督のもとに作業を行うこと。 | | |
| | ・ 本院の電気保安のため、契約後速やかに機器の配線図を本院電気主任技術者あてに提出すること。 | | |
| | ・ 電気用品については、電気用品取締法に適合するものを使用し、電線接続作業などに従事するものは、電気工事士の免許所有者であること。 | | |
| | ・ 電源投入にあたっては本院電気主任技術者の立会いを求めること。 | | |
| ウ | 搬入については、本院現場責任者と打ち合わせの上、実施すること。 | | |
| エ | 当該機器の機能・性能が完全に発揮できるよう施工すること。 | | |
| オ | 現有器及び新設場所にある機器は撤去すること。 | | |
| 6 | 保守体制 | | |
| (1) | 納入年度の翌年度末まではメンテナンス無償で修理することとし、重大な装置の欠陥による故障が発生した場合は、新品と交換すること。 | | |
| (2) | 本院から要請のあった場合は、いつでも保守サービスができる体制であること。 | | |
| (3) | 機器の部品は常時準備し、適正な価格で供給すること。 | | |
| 7 | 器械備品納入証拠写真の提出について | | |
| | 下記の写真を納品書提出時に添付すること。 | | |
| (1) | 納入器械の搬入後の写真 | | |
| (2) | 付帯設備工事費がある場合は工事別の写真(例えば、室内改装や電気設備など) | | |