

平成30年度静岡県立こども病院回診用X線撮影装置及びFPDシステム質疑に対する回答

No.	質問事項	質問内容	回答
1	仕様書別紙 3-12 バッテリー待機時間はスリープ モードで48時間可能であること	弊社間接変換フラットパネルディテクター半切サイズは待機 時間が36時間ですが入札参加可能ですか。	可能とします。

担当 静岡県立こども病院 総務課経理係 杉山
電話 054-247-6251(代表)