

# 仕様書

## 1 品名及び数量

医用テレメータ 1 式

## 2 規格・基準機器

下記の全てを満たすこと。

メーカー	品 名	規 格	数量
日本光電	医用テレメータ 受信機 8 床組込済	WEP-1400	1 式
	レコーダユニット	WS-140P	1 台
	架台	KC-140P	1 台
	収納ケース	DI-140P	1 個
	ネームプレート	DP-140P	1 個
	バッテリーパック	X162A SB-950P	1 個
	3 年間保守		1 式

- ・機器は、当院の望む方法、望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う運搬、設置、試運転調整費等の設備工事を一式含む。
- ・作業時間及び時期については打ち合わせを行うこと。

## 3 検収及び納入

納品・検収場所は南 1 病棟とする。

## 4 納品期限日

令和 5 年 5 月 31 日（水）まで

## 5 その他

- (1) 本仕様書に記載されていない事項で機能上当然必要なものは装備することとし、疑義、不明が生じた場合は病院の指示に従うこと。
- (2) 当該機器の機能・性能が一体的かつ完全に発揮できるように当センター職員と十分に打ち合わせを行い、施行すること。
- (3) 納入者は、納入物品の引渡し日から 3 年間、当センターにおける正常な管理のもとに生じた故障、または発見された瑕疵について、無償修繕又は取替納入の責任を負うものとする。また、引渡し日から 3 年間のうち、年 1 回の無料定期点検を行うものとする。
- (4) 納入者は、当センターから要請されたときは、速やかに保守を行い得る体制を維持すること。