

# 仕様書

1 品名及び数量

多項目自動血球分析装置 一式

2 規格

下記の全てを満たすこと。

メーカー	品 名	規 格	数 量
シスメックス	多項目自動血球分析装置 本体	XR-1000	1
	空圧源		1
	データ処理装置		1
	モニター		1
	オンライン接続費用		1

※検査システム接続費を含む。

3 検収及び納入

納品・検収場所は検査室とする。

4 納品期限日

令和5年8月31日（木）まで

5 その他

- （1）搬入据付費及び転倒防止対策工事費（安全性を確保する必要がある場合）を含むこと。
- （2）本仕様書に記載されていない事項で機能上当然必要なものは装備することとし、疑義、不明が生じた場合は病院の指示に従うこと。
- （3）当該機器の機能・性能が一体的かつ完全に発揮できるように当センター職員と十分に打合わせを行い、施行すること。
- （4）施工時に電源接続等の電気関係工事などが必要な場合は、事前に当院電気主任技師と打ち合わせを行い、施行期間中においては左記の者の指導監督の下に行うこと。
- （5）納入者は、納入物品の引渡し日から1年間、当センターにおける正常な管理のもとに生じた故障、又は発見された瑕疵について、無償修繕又は取替納入の責任を負うものとする。
- （6）納入者は、当センターから要請されたときは、速やかに保守を行い得る体制を維持すること。