

仕 様 書

- 1 入札番号 総病医-備 第4号
- 2 器械の名称及び数量 内視鏡ビデオシステム 1式
- 3 機器の構成

	内訳	規格	数量
	内視鏡ビデオシステム		1式
	【内訳】		
1	オリンパス EVIS X1 ビデオシステムセンター	CV-1500	1
2	オリンパス モービルワークステーション	WM-NP3 セット1	1
3	オリンパス 設置調整費 (増設)	IT セットアップ	1
4	オリンパス CV通信変換器	MAJ-1916	1
5	オリンパス 周辺機器リモートケーブル	MAJ-1918	1
6	オリンパス SDI ケーブル(8.5m)	MAJ-1912	2
7	オリンパス SDI ケーブル(2.5m)	MAJ-1951	1
8	オリンパス リモートケーブル	MAJ-1021	1
9	オリンパス CO2ボンベホルダー	MAJ-1639	1
10	オリンパス EVIS磁気カードリーダー	MCR-E40 B SET	1
11	オリンパス 内視鏡用炭酸ガス送気装置	UCR	1
12	オリンパス 内視鏡用洗滌ポンプ	OFF-2	1
13	オリンパス 4K UHD LCD モニター	OEV321UH	1
14	オリンパス ハイビジョン画像記録装置	IMH-200	1
15	オリンパス 上部消化管汎用ビデオスコープ	GIF-XZ1200	1
16	オリンパス 大腸ビデオスコープ	CF-XZ1200I	1
17	オリンパス ケーブル	MAJ-604	1
18	オリンパス Y/C映像ケーブル	MH-985	1
19	オリンパス キーボード	MAJ-1923	1
20	オリンパス EUSアームマウント	MAJ-1663	1
21	オリンパス 支持アーム	MAJ-683	1
22	AW モニターアーム		1
23	日本光電 生体情報モニター		1
24	《モニタ設備》		
25	49インチ液晶モニタ		2
26	壁掛金具		2
27	画面分割ユニット (SDI 入力対応)		2
28	画面分割ユニット設置棚		1
29	HDMI ケーブル		2
30	《入力側機器》		
31	SDI 映像入力端子		7
32	SDI 接続ケーブル		7
33	映像コンバータ (XTV室・撮影室用)		2
34	HDMI / SDI コンバータ (XTV室・撮影室用)		2
35	コンバータ接続ケーブル/変換コネクタ等 (XTV室・撮		2

	影室用)		
36	《呼出マイク設備》		
37	卓上マイク		5
38	P Aアンプ		1
39	スピーカー		1
40	4 9型画面統合モニタ、音声システム設置工事		1
41	《工事費・経費》		
42	既存機器撤去工事費（ケーブル撤去除く）		1
43	配線工事費		1
44	配線材料費		1
45	機器据付接続工事費		1
46	消耗品及び材料費		1
47	試験調整費		1
48	現場管理費		1
49	運搬搬入費		1
50	交通宿泊費		1
51	設計及び図面製作費		1
52	諸経費		1

4 その他

- (1) 機器は、当院の望む方法で当院の望む時期・場所に納入すること。
- (2) 本仕様書に記載されていない事項について疑義のある場合は当院と協議し、その指示に従うこと。
- (3) 主要諸元はメーカーの使用による。
- (4) 接続する電源系統の地路の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (5) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること
- (6) 納入後適正に稼働することを確認し、適正に稼働しない場合には速やかに交換をする等の措置を講ずること。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。