

仕 様 書

- 1 入札番号 総病医-備 第 32 号
- 2 器械の名称及び数量 移動型 X 線撮影装置 1 式

3 機器の構成

	メーカー	内訳	規格	数量
	富士フイルム メディカル	移動型 X 線撮影装置 CALNEO AQRO		1 式
		【構成内訳】		
1	富士フイルム メディカル	CALNEO AQRO	DR-XD 1000 MBL WIN10 A	1
2		AQRO 用バッテリー	DR-XD 1000 BATTERY	1
3		AQRO 用 Bluetooth バーストリーターキット	CLN AQRO BT BCR KIT	1
4		AQRO 用ウェットティッシュホルダー	DR-XD 1000 WET TISSUE HOLDER	1
5		AQRO 用 X 線防護エプロンハンガー	DR-XD 1000 APRON HANGER	1
6		AQRO 用モニターカバー	MONITOR COVER FOR AQRO	1
7		無線 LAN アダプター 5.2GHz	WN-AC433UK	1
8		CALNEO Flow C77	DR-ID 1812 SE	1
9		Flow 用バッテリーパック(軽量タイプ)	DR1800 SE BATTERY S	3
10		バッテリーチャージャー UPG キット (Flow 用バッテリー対応)	DR1800 BATTERY CHARGER UGKIT	1
11		AQRO 用 Flow 接続キット	DR-XD 1000 D-EV03 ADD KIT	1
12		黒化処理ソフトウェア	DX CL SHUTTER-PROC SWL	1
13		DICOM 接続ソフトウェア:Print	DX CL DICOM PRINT SWL	1
14		グリッド除去処理ソフトウェア	DX CL GPR SWL	1
15		F-RIS 接続ソフトウェア	DX CL ORDER ONLINE TST SWL	1
16		MFP/ダイミックス処理ソフトウェア	DX CL DYN VISUAL II SWL	1
17		部品-CI/LI/CR/ES 統合(一式)	撮影メニュー設定費用	1

18		部品－CI/LI/CR/ES 統合(一式)	初年度落下保証	1
19		Windows Client Access License (5CAL)	Windows Client Access License (5CAL)	1
20		接続エンジニアリングフィー(自社系商品接続)	富士商品	1
21		診断 RIS クライアント追加ライセンス	追加クライアント (1 台)	1

4 その他

- (1) 機器は、当院の望む方法で当院の望む時期・場所に納入すること。
- (2) 本仕様書に記載されていない事項について疑義のある場合は当院と協議し、その指示に従うこと。
- (3) 主要諸元はメーカーの使用による。
- (4) 接続する電源系統の地路の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (5) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること
- (6) 納入後適正に稼働することを確認し、適正に稼働しない場合には速やかに交換をする等の措置を講ずること。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。