

仕 様 書

1 入札番号 総病医-備 第 36 号

2 器械の名称及び数量 血圧脈波検査装置 1 式

3 機器の構成

	メーカー	内訳	規格	数量
	フクダコーリン	血圧脈波検査装置		1 式
		【構成内訳】		
1	フクダコーリン	血圧脈波検査装置 form5	COL-FORM5-MU	1
2		formV アンクルユニット	COL-FORM5-AU	1
3		formV アイソレーショントランス	COL-FORM5-TRANS	1
4		formV 専用トロリー	COL-FORM5-ST	1
5		formV アームカフホース 左/右	COL-F5TUB-AL/AR	1
6		formV アームカフ左/右 Mサイズ	COL-F5CUF-AML/AMR	1
7		formV アンクルカフ左/右 Mサイズ	COL-F5CUF-AKML/AKMR	1
8		心音マイクロホン	MA-310HDS (V)	1
9		両面接着カラー	DA-30	1
10		誘導コード	CPV-03ARC	1
11		エーカークリップ	TEV-46RG	1
12		エコパッド	OJ-09	1
13		カラープリンタ (ブラザー)	DCP-J4140N	1
14		formV USB ケーブル 2.0m	COL-F5USB-AB2M	1
15		インクカートリッジ	ブラック/シアン/マゼンダ/イエロー	1
16		formV 専用紙 A4	COL-F5PAP-A4	1
17		formV 検査のご案内	COL-FORM5-LFIN	1
18		formV 検査結果の見方	COL-FORM5-LFOUT	1
19		血管模型	HXV-ARTMD	1
20		血圧脈波ユニット	BPU-100	1
21		formV BPU-100 ホルダー	COL-FORM5-STBPU	1
22		足趾血圧パッケージ	ASV-09	1
23		バッテリーパック	BTE-001	1
24		足趾カバー M サイズ (50 枚入り)	OA-459M(A)	1
		(フォルムネット 2 一式)		
25	フクダコーリン	フォルムネット 2 フル機能パック	COL-FN2-F	1
26		フォルムネット 2 PC	COL-FN2-PC	1
27		2 次元バーコード対応リーダー	1950GHD-U	1
28		formV コア付き LAN ケーブル 3m	COL-FORM5-LANS3	2
29		無停電電源装置	COL-OTHER-BR400	1
30		フォルム 通信ハブ	HBP-FORM-HUB	1
31		フォルム 3 LAN ケーブル HUB 専用	HBP-RPE3-LANS	1
32		formV バーコード・カードホルダー	COL-FORM5-STBCR	1
33		ネットワーク調整費		1

34		バックアップ HDD 2TB	COL-BKUP-HDD2T	1
----	--	----------------	----------------	---

4 その他

- (1) 機器は、当院の望む方法で当院の望む時期・場所に納入すること。
- (2) 本仕様書に記載されていない事項について疑義のある場合は当院と協議し、その指示に従うこと。
- (3) 主要諸元はメーカーの使用による。
- (4) 接続する電源系統の地路の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けしないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (5) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること
- (6) 納入後適正に稼働することを確認し、適正に稼働しない場合には速やかに交換をする等の措置を講ずること。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。