

# 仕 様 書

1 入札番号 総病医-備 第 36 号

2 器械の名称及び数量 超音波画像診断装置 1 式

3 機器の構成 (1) または (2) または (3) のいずれかとする。

(1)

	メーカー	内訳	数量
	GE ヘルスケア	汎用超音波画像診断装置	1 式
		【構成内訳】	
1		本体 LOGIQ Fortis	1
2		M5Sc-D (セクタ型プローブ)	1
3		C1-6-D (コンベックス型プローブ)	1
4		L8-18i-D (リニア型プローブ)	1
5		L3-12-D (リニア型プローブ)	1
6		DICOM	1
7		B-Flow	1
8		連続波ドプラ	1
9		オフラインスキャン 50	1
10		ECG (Auto EF、TVI 含む)	1
11		SONY 白黒デジタルビデオプリンタ UP-D898DC	1
12		Low キャビネット	1
13		Side キャビネット	1
14		キーボード	1
15		US 側 ネットワーク接続費用 2 接続 (検収後 2 年間有効)	1
16		富士通 生理検査部門システム MWM 接続費用	1
17		ニプロ DICOM Storage 接続費用	1

(2)

	メーカー	内訳	数量
	フィリップス	汎用超音波画像診断装置	1 式
		【構成内訳】	
1		超音波診断装置 Affiniti 50	1
2		角度調節可能アーム	1
3		Adult Cardiology (成人心臓) クリニカルオプション	1
4		Vascular (血管) クリニカルオプション	1
5		Auto Doppler	1
6		Net Link DICOM	1
7		MaxVue	1
8		L12-3 ERGO リニアトランスジューサー	1
9		L15-7io リニアトランスジューサー	1
10		C5-1 コンベックストランスジューサー	1
11		S5-1 セクタトランスジューサー	1
12		内蔵大型白黒プリンタ	1

13		DVD ドライブ		1
14		バッテリーバックアップ		1
15		富士通、ニプロ接続費		1

(3)

	メーカー	内訳		数量
	キャノン	超音波画像診断装置 Aplio i700/Prism Edition		1 式
		【構成内訳】		
1		超音波診断装置	TUS-AI700/6 J	1
2		CW キット	USCW-AI900A	1
3		Reference Signal キット	USUR-AI900A	1
4		ECG 電極リード線	BR-903FT	1
5		ファストクリップ (はさみ電極)	NC-144ET	1
6		Battery ユニット	UEBT-AI900A	1
7		Ultra High Frequency キット	USUH-AI700A	1
8		セクタプローブ	PSI-30BX	1
9		コンベックスプローブ	PVI-475BX	1
10		高周波リニアプローブ	PLI-705BX	1
11		高周波リニアプローブ	PLI-2002BT	1
12		デジタル白黒プリンタ (AC、有線)	UP-D898MD	1
13		ペーパーシート	SONO PPR L700	1
14		周辺機器搭載キット	UZRI-AI900A	1
15		Goodnet Storage 接続費用		1
16		MWM ネットワーク接続費		1

#### 4 その他

- (1) 機器は、当院の望む方法で当院の望む時期・場所に納入すること。
- (2) 本仕様書に記載されていない事項について疑義のある場合は当院と協議し、その指示に従うこと。
- (3) 主要諸元はメーカーの使用による。
- (4) 接続する電源系統の地路の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (5) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること
- (6) 納入後適正に稼働することを確認し、適正に稼働しない場合には速やかに交換をする等の措置を講ずること。

#### 5 搬入場所及び保守体制

##### (1) 搬入場所

静岡県立総合病院

##### (2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。