

仕 様 書

1 入札番号 総病管第 1－10 号

2 器械の名称及び数量 多人数用透析液供給装置 1 式

3 機器の構成 (1) または (2) のいずれかとする

(1)

No.	メーカー	品名	規格等	数量
1	日機装	多人数用透析液供給装置		
		(1)多人数用透析液供給装置	DAB-50NX	1 式
		(2)供給装置モニター	DAM-01	1 式
		(3)分岐箱	DSC-10	2 式
		(4)薬液タンク	DRT-05A	2 式
		(5)緊急予備品	Y91-150Z00	1 式
		(6)微 ET	EK-M200B	1 式
2		工事費及び試運転調整費		
		(1)工事費		1
		(2)試験運転調整費		1

(2)

No.	メーカー	品名	規格等	数量
1	東レ・メディカル	多人数用透析液供給装置	TC-50R	1 台
2		薬液タンク 20L 2 連		1 式
3		モニター連動工事費		25 式
4		セントラル据付工事費		1 式
5		警報モニターセット		1 式
6		撤去工事費		2 式
7		限外濾過 F ユニット(3 本)		1 式
8		脱気ポンプユニット 100V 仕様		1 式
9		原液ポンプバックアップユニット		1 式
10		連動ボックス(脱気ポンプ有)		1 式
11		分配ボックス コネクタ式		4 式
12		セントラルー連動盤 ケーブル 7M		1 式
13		連動盤ー分配盤 ケーブル 50M		2 式
14		分配盤ーモニターケーブル 14M EMC		25 式
15		供給ポンプ 100R		1 式
16		二次側配管工事 25 床		1 式

4 その他

- (1) 機器は、当院の望む方法で当院の望む時期・場所に納入すること。
- (2) 本仕様書に記載されていない事項について疑義のある場合は当院と協議し、その指示に従うこと。

- (3) 主要諸元はメーカーの使用による。
- (4) 接続する電源系統の地路の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (5) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること
- (6) 納入後適正に稼働することを確認し、適正に稼働しない場合には速やかに交換をする等の措置を講ずること。
- (7) 稼働に必要な消耗品等は最小限含むこと。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。