

仕 様 書

1 入札番号 総病管第1ー18号

2 器械の名称及び数量 超音波画像診断装置 1式

3 機器の構成

No.	メーカー	内 訳	数量
	GE	超音波画像診断装置 Voluson P8	1式
	【構成】		
1		本体	1台
2		腹部用コンベックス 4C-RS	1本
3		経膣用マイクロコンベックス IC9-RS	1本
4	ソニー	白黒デジタルビデオプリンター	1台
5		縦置き経膣プローブホルダー	1台

4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。
- (7) 適正に稼動するようアンテナ設備等を状況に応じて設置すること。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。