

# 仕 様 書

1 入札番号 総病医第 2-50 号

2 器械の名称及び数量 全自動染色封入装置 1 式

3 機器の構成 (1) または (2) のいずれかとする

(1)

	メーカー	品名	数量
1	ライカマイクロシステムズ	全自動染色封入装置 ライカ HistoCoreSPETCRA WS	1 式
2		【内訳】	
3		SPECTRA ST 本体 14051254354	1
4		電極ケーブル 14041157120	1
5		SPECTRA CV 本体 14051454200	1
6		SPECTRA ワークステーションキット 14051254355	1
7		電源ケーブル 14041157120	1
8		SPECTRA CV 専用封入剤 150ml×2 本 3801733	1
9		SPECTRA CV 専用カバーガラス 2450-1 3800152	1
10		SPECTRA ロングカバープレート 3 個 14051257846	1
11		スライドラック 3 個入り 1451252473	1
12		据付搬入費	1
13		給排水工事	1
14		架台 1200/900 架台各 1 台 棚板含む	1

(2)

	メーカー	品名	数量
1	サクラファインテック	自動染色装置ティッシュ・テックプリズムプラス DRS-Prisma-P-JS+Glasg2-10	1 式
2		【内訳】	
3		DRS-Prisma-P-JS(乾燥槽/加温 B19:B26 槽付)	1 台
4		Glas g-J02 自動ガラス封入装置ティッシュ・テック グラス ジー 2	1 台
5		プリズム用一括蓋(3 個用) Prisma-3L	3 個
6		プリズム用一括蓋(4 個用) Prisma-4L	3 個
7		20 枚用バスケット K1650008	10 個
8		20 枚用バスケットフック K2440801	10 個
9		φ38mm 用排気ダクト接続アダプタ K2447801	1 個
10		排気ダクトホースセット(φ38mm)5M F6053600	1 セット
11		搬入設置費	1 式
12		工事費	1 式
13		作業台(特注)	1 台

4 その他

- (1) 機器は、当院の望む方法で当院の望む時期・場所に納入すること。
- (2) 本仕様書に記載されていない事項について疑義のある場合は当院と協議し、その指示に従うこと。
- (3) 主要諸元はメーカーの使用による。

- (4) 接続する電源系統の地路の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (5) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること
- (6) 納入後適正に稼働することを確認し、適正に稼働しない場合には速やかに交換をする等の措置を講ずること。

## 5 搬入場所及び保守体制

### (1) 搬入場所

静岡県立総合病院

### (2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。