

仕 様 書

1 入札番号 総病医-備 第9号

2 器械の名称及び数量 超音波診断装置 2式

3 機器の構成 (1)または(2)のいずれかとする

(1)

	商品名	形式	数量
1	キヤノンメディカルシステムズ製 超音波診断装置	Aplio a Verifia	2式
	【内訳】		
	超音波診断装置	CUS-AA000/J3	2
	液晶モニタ(23インチ)		2
	DICOM キット		2
	キーボード		2
	STC		2
	通信 dongle		2
2	Elastography-FLR キット	USEL-AA551A	2
3	Shear Wave キット	USSW-AA550A	2
4	SMI キット	USMI-AI600A	2
5	周辺機器搭載キット	UZRI-AI900A	2
6	ゼリーウォーマー	UZGW-008A	2
7	コンベックスプローブ	PVT-475BT	2
8	高周波リニアプローブ	PLT-704SBT	2
9	高周波リニアプローブ	PLT-1005BT	2
10	白黒プリンタ	P95D-DC(T)	2
11	DICOM 接続費用		2

(2)

	商品名	形式	数量
	日立製作所製 超音波診断装置	ARIETTA 850	2式
	【内訳】		
1	超音波診断装置	ALOKA ARIETTA 850	2
2	白黒プリンタ	SSZ-X311	2
3	白黒プリンタ接続キット	PM-LI880-H001	2
4	(CW ソフト)		2
5	(キーボードユニット)		2
6	(ゼリーウォーマー)		2
7	(Panoramic View)		2
8	(被検者情報自動入力)		2
9	(DICOM ネットワーク通信機能)		2
10	(IMT 自動計測)		2
11	(Dynamic Slow-motion Display)		2
12	(Protocol Assistant)		2
13	(iEF)		2

14	(Detective Flow Imaging)		2
15	Real-time Tissue Elastography ソフト	SOP-ARIETTA850-43	2
16	Contorast Harmonic Imaging ソフト	SOP-ARIETTA850-44	2
17	Real-time Tissue Elastography StrainHistogram ソフト	SOP-ARIETTA850-60	2
18	Shear Wave Measurement ソフト	SOP-ARIETTA850-73	2
19	C252 プローブ	C252	2
20	C35 プローブ	C35	2
21	L441 プローブ	L441	2
22	L34 プローブ	L34	2
23	L55 プローブ	L55	2
24	L64 プローブ	L64	2
25	SML44 プローブ	SML44	2
26	接続費		2

4 その他

- (1) 機器は、当院の望む方法で当院の望む時期・場所に納入すること。
- (2) 本仕様書に記載されていない事項について疑義のある場合は当院と協議し、その指示に従うこと。
- (3) 主要諸元はメーカーの使用による。
- (4) 接続する電源系統の地路の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けしないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (5) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること
- (6) 納入後適正に稼働することを確認し、適正に稼働しない場合には速やかに交換をする等の措置を講ずること。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後1年間は、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。