

仕 様 書

1 入札番号 総病医-備 第10号

2 器械の名称及び数量 鉛防護衝立 1式

3 機器の構成

メーカー	内訳	規格	数量
電気硝子建材株式会社	鉛防護衝立	L-A タイプ 2.0mm Pb	3台

※搬入、設置及びその他必要経費一式含めること。

4 その他

- (1) 機器は、当院の望む方法で当院の望む時期・場所に納入すること。
- (2) 本仕様書に記載されていない事項について疑義のある場合は当院と協議し、その指示に従うこと。
- (3) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (4) 納入後適正に稼働することを確認し、適正に稼働しない場合には速やかに交換をする等の措置を講ずること。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入物品の納入後翌年度末まで、甲の正常な管理のもとに生じた故障又は発見された隠れた瑕疵について、無償修理又は取替え納入の責任を負うものとする。