

# 仕 様 書

1 入札番号 総病医-備 第 22 号

2 器械の名称及び数量 高周波手術装置 1 式

## 3 機器の構成

メーカー	内訳	規格	数量
アムコ	VI03/APC3 高周波手術装置		1 式
	【内訳】		
	エルベ VIO3 4 ソケットモデル	E12-5018 GI モデル	1 台
	エルベ VIO3 用 1 ペダルフットリモード 付きスイッチ	E12-3302 20188-350	1 台
	エルベ VIO3 用 2 ペダルフットリモード 付きスイッチ 仕切り版付き	E12-3303 20189-352	1 台
	エルベ VIO ワークステーション用 カート	20180-000 E12-0548	1 台
	エルベ APC3 固定具	E12-3305	1 セット
	エルベ スタンダードレール 260mm	E120549 20180-040	1
	エルベ ワイヤバスケット	E12-0554 20180-010	1
	エルベ アルゴンガス供給装置 APC3	E125005	1 台
	エルベ プレッシャーレギュレーター APC2/APC3	E120585	1 本
	エルベ EIP2 イリゲーションポンプ ECB付	E121016	1 台
	エルベ フットポンプ	E12-0881	1 台
	エルベ EIP2 用ワークステーションカート 取付	20180-135 E12-0880	1 個
	アムコ イリゲーションリキッドバック 用フック	E12-0992	1 個

## 4 その他

- (1) 機器は、当院の望む方法で当院の望む時期・場所に納入すること。
- (2) 本仕様書に記載されていない事項について疑義のある場合は当院と協議し、その指示に従うこと。
- (3) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (4) 接続する電源系統の地路の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けしないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (5) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。
- (6) 納入後適正に稼働することを確認し、適正に稼働しない場合には速やかに交換をする等の措置を講ずること。

## 5 搬入場所及び保守体制

- (1) 搬入場所

静岡県立総合病院

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。