

仕 様 書

- 1 入札番号 総病医-備 第23号
- 2 器械の名称及び数量 多用途透析用監視装置 5式

3 機器の構成

メーカー	規格	数量
日機装	多用途透析用監視装置 DCS-200Si D-FAS/AV 連結式、AWFA、アーチループ仕様、シングルシリンジポンプ	5式
	圧ポット	5式
	補液ポンプ	5式
	推定血液量モニター	5式
	血液量モニター (BV 計)	5式
	ダブル微粒子濾過フィルター	5式
	吸光度センサー (透析量モニター)	5式
	排液ポート	5式
	透析液ポート A タイプ	5式
	加圧測定式血圧計	5式
	右側ホルダ現地取付 (イルリゲータスタンドあり)	5式
	試運転調整費	1式

4 その他

- 機器は、当院の望む方法で当院の望む時期・場所に納入すること。
- 本仕様書に記載されていない事項について疑義のある場合は当院と協議し、その指示に従うこと。
- 主要諸元はメーカーの仕様による。
- 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。
- 納入後適正に稼働することを確認し、適正に稼働しない場合には速やかに交換をする等の措置を講ずること。

5 搬入場所及び保守体制

- 搬入場所
静岡県立総合病院
- 保守体制
本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。
納入後から1年間、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。