

仕 様 書

- 1 入札番号
- 総病管第 16－50 号
- 2 器械の名称及び数量
- 移動型デジタル式汎用一体型 X 線透視診断装置
- 1 式

3 機器の構成

No.	メーカー	内 訳	規格等
1	カテリウス株式会社	移動型デジタル式汎用一体型 X 線透視診断装置	
	カテリウス株式会社	本体（ワークstation FD）	
	カテリウス株式会社	ビデオフラッシュカメラ	
	カテリウス株式会社	滅菌カバー	
	カテリウス株式会社	Nobius	

4 その他

- (1) 搬入設置、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工
式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく
るいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具
るか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずる

5 搬入場所及び保守体制

- (1) 搬入場所
- 静岡県立総合病院
- (2) 保守体制
- 本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。
- 納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換
含む）を無償ですること。
- 機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること