

## 仕 様 書

- 1 入札番号 総病管第16-48号
- 2 器械の名称及び数量 バイオハザード対策用キャビネット 1式
- 3 機器の構成

No	メーカー	内 訳	規格等
1	パナソニック ヘルスケア㈱	バイオハザード対策用キャビネット	
	【構成】		
		本体	MHE-130B2-PJ
		バイオハザード対策用キャビネット用ハンガー	
		運賃搬入費	
		インターロック用通信用路	
		2次側ダクト接続費用	
		設置調査 (HEPA 性能、風速風量)	
		試運転調整費	

- 4 その他
- (1) 搬入設置、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく、あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び閉閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずる

### 5 搬入場所及び保守体制

#### (1) 搬入場所

静岡県立総合病院調剤室

#### (2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給します。