

[アクセシビリティ モード](#)[ダウンロード](#)[コピーを OneDrive に保存します。](#)[印刷](#)

...

## 仕 様 書

1 入札番号 総病管第16-47号

2 器械の名称及び数量 バイオクリーンベンチ 2式

3 機器の構成

| No. | メーカー             | 内 訳        | 規格等       |
|-----|------------------|------------|-----------|
| 1   | パナソニック<br>ヘルスケア㈱ | バイオクリーンベンチ |           |
|     | 【構成】             |            |           |
|     | 本体               |            | MCV-B131S |
|     | ハンガーAセット         |            | MCV-H13A  |
|     | 運賃搬入費            |            |           |

4 その他

- (1) 搬入設置、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく  
るいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び帰開閉サージ等の影響を受けない設備（器具  
か、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずる

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院薬剤部内

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。  
納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換  
含む）を無償ですること。  
機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること