

仕 様 書

- 1 入札番号 総病管第 16－42 号
- 2 器械の名称及び数量 モニタリング等環境整備関連機器 1 式

3 機器の構成

No.	メーカー	内 訳	規格等	数量
1	カーナシステム	透視画像保存装置 DVDレコーダシステム		
	【構成】			
		透視画像保存装置 DVDレコーダシステム	ADM-NEX	1
2	オゾン電機	室内マイクスピーカーシステム（双方向タイプ）	ORX-X-A	
	【構成】			
		室内マイク	AT-9942、MD-33	1
		SP	D-109	1
		設置工事費		1
3	エルモソリューション パニー	監視カメラシステム		
	【構成】			
		本体	OR-CAM	1
		カメラ	PTC-400C	1
		モニター	FDS1703	1
		設置工事費		1
4	オキヨー	音響機器システム		
	【構成】			
		オーディオシステム	X-NFR7 (D)	1
		設置工事費		1

4 その他

- (1) 搬入設置、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けのないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

5 搬入場所及び保守体制

- (1) 搬入場所
静岡県立総合病院ハイブリッドオペ室（心カテ4室）
- (2) 保守体制
本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること