

仕 様 書

- 1 入札番号 総病管第 16-30 号
- 2 器械の名称及び数量 術野システム関連機器 1 式

3 機器の構成

No.	メーカー	内 訳	規格等	数量
1	トレゲル	シーリング+無影灯		
	【構成】			
		大型モータ専用シーリングペンダント	ペンデュム	1
		設置工事費		1
		無影灯 ボリス700+カメラーム		1
		無影灯 ボリス500+モーターム		1
		設置工事費		1
		シーリングペンダント		1
		設置工事費		1
2	アムコ	LUXTEC ヘッドライトシステム		
	【構成】			
		MLX キセノンライトソース	00-MLX	1
		ウルトライト Pro プレミアムヘッドバンドシステム	AX-2100-BIF	1
		MLX 用フアスタント	00-1337	1
3	パナソニック	術野ハイビジョンカメラシステム		
	【構成】			
		ハイビジョンカメラヘッド	AG-MDC10	1
		メテリアルコーダー	AG-MDR15	1
		カメラケーブル	AG-C20020G	1
		3 軸旋回台	カスタム	1
		3 軸旋回台ケーブル		1
		取付金具 (3 軸旋回台用)		1
		HD-SDI 変換 VGA コンバーター		1
		カメラーム調整、ウエイト等		1
		機器収納ラック		1
		接続パネル加工		1
		機器接続ケーブル (外部モニター含む)		1
		工事部材費		1
		設置工事費		1

4 その他

- (1) 搬入設置、運転調整 (オンライン接続等含む) 及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式 (二次側) を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備 (器具) とするか、受けないよう保護設備を設けた設備 (器具) とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院ハイブリッドオペ室（心カテ4室）

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること