

仕 様 書

- 1 入札番号 総病管第 16-31 号
- 2 器械の名称及び数量 バイタル管理システム関連機器 1 式

3 機器の構成

No.	メーカー	内 訳	規格等	数量
1	トレゲル	全身麻酔器		
	【構成】			
		本体 Apollo	8606500	1
2	日本光電	生体情報モニター		
	【構成】			
		本体	CU-192R	1
		設置調整費		1
3	泉工医科	心筋保護システム		
	【構成】			
		HCP-200	0201200600	2
		HCP-5M	0201200700	1
		マスタースレーブケーブル	0201200800	1
		専用架台	0201200900	1
		HHC-51	0201300600	1
		特注テーブルトップホルダー		1
4	エトワーズ	術中モニタリングシステム		
	【構成】			
		術中モニタリングシステム	VIG2	1
5	日本光電	除細動器		
	【構成】			
		デファイブリレー	TEC-5521	1
		専用架台	KD-028A	1
		バッテリーパック	X065	1
		内用パドル	ND-766V	1
6	3M	輸血加温装置		
	【構成】			
		レンジャー	RAN-2450	1
		血液・輸液ウォーミングセット	F991	1
7	日本光電	体温調節加温器		
	【構成】			
		ペアハカー	PWU-0775	1

4 その他

- (1) 搬入設置、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。

(6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院ハイブリッドオペ室（心カテ4室）

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること