

仕 様 書

- 1 入札番号 総病管第 16-25 号
- 2 器械の名称及び数量 バーチャルスライドシステム 1 式

3 機器の構成

No.	メーカー	内 訳	規格等	数量
1	浜松ホトニクス	バーチャルスライドシステム		1
	【構成】			
		高速・高解像度バーチャルスライドスキャナ NanoZoomer-XR	C12000-03	1
		QR-CODE バーコード読み取りソフトウェア	U10499	1
		LAN ディスク (4TB)		1

4 その他

- (1) 搬入設置、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

5 搬入場所及び保守体制

- (1) 搬入場所
静岡県立総合病院病理画像解析室
- (2) 保守体制
本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。
納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。
機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること