

仕 様 書

- 1 入札番号 総病管第 16-24 号
- 2 器械の名称及び数量 超音波診断装置 1 式

3 機器の構成

No.	メーカー	内 訳	規格等	数量
1	日立アロカメディカル	超音波診断装置		
	【構成】			
		Avius 本体	AVIUS	1
		17 インチモニター	EZU-MT30-SI	1
		アルファードデュメリックキーボード	EZU-AK1N	1
		ネットワークインターフェースユニット	EZU-NW1	1
		エコーコピア	SSZ-D310	1
		SSZ-D310 接続キット	PM-D310-H001	1
		オプション組み合わせ	OP-SETUP-AV1	1
		電子リニア探触子	EUP-L75	1
		穿刺ガイドブラケット (EUP-L75M 用)	EZU-PA7L3	1
		ウルトラニードルガイドセット	CIV-610-608	1
		ゼリーウォーマーユニット	EZU-JW1	1
		プローブハンガー	EZU-TH7	1
		エラストグラフィ機能	EZU-TE6	1
		TE6 組み合わせ	PLUS-SETUP-AVI	1
		DICOM 転送機能	EZU-FC11	1
		DICOM ワークリスト機能		1

4 その他

- (1) 搬入設置、運転調整 (オンライン接続等含む) 及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式 (二次側) を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備 (器具) とするか、受けないよう保護設備を設けた設備 (器具) とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

5 搬入場所及び保守体制

- (1) 搬入場所
静岡県立総合病院乳腺外来
- (2) 保守体制
本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること