

仕 様 書

- 1 入札番号 総病管第 16-8 号
- 2 器械の名称及び数量 ビデオ軟性尿管腎盂鏡、内視鏡用ビデオカメラ他 1 式
- 3 機器の構成

No.	メーカー	内 訳	規格等	数量
1	オリンパス	泌尿器、尿管腎盂処置器具セット		
		【構成】		
	オリンパス	HD カメラヘッド	CH-S190-08-LB	2
	オリンパス	ライトガイド	WA03200A	1
	オリンパス	処置用光学視管 7 ^φ 8.6/9.8Fr	WA29042A	1
	オリンパス	腎盂尿管ビデオスコープ	URF-V	1
	オリンパス	簡易漏水テスター	WA23070A	1
	オリンパス	滅菌トレイ	WA05991A	1
	オリンパス	光学視管 30°	WA33036A	1
	オリンパス	灌流シース 25 Fr (回転型)	WA33037A	1
	オリンパス	処置用チューブ 28 Fr	WA33038A	1
	オリンパス	ダイレーター9~28 Fr	WA33027A	1
	オリンパス	ゴムキャップ	A4558	1
	オリンパス	ゴムバルブ	A00001A	1
	オリンパス	クリーニングブラシ	A0451	1
	オリンパス	把持鉗子 9.8 Fr (鱗口型)	WA63810A	1
	オリンパス	把持鉗子 9.8 Fr (カップ型)	WA63813A	1
	オリンパス	把持鉗子 9.8 Fr (鋸歯型)	WA63815A	1
	オリンパス	3本爪把持鉗子 10.5 Fr	WA63817A	1
	オリンパス	滅菌コンテナ	WA05970A	1
	オリンパス	生検鉗子 12 Fr	A3334	1
	オリンパス	ストップコック付処置具口金	WA33039A	1
	オリンパス	3本爪鉗子 9.8 Fr	WA63819A	1
	オリンパス	ゴムキャップ	00131	1

4 その他

- (1) 搬入設置、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

5 搬入場所及び保守体制

- (1) 搬入場所
静岡県立総合病院

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること