

# 仕 様 書

- 1 入札番号 総病管第 16-3 号
- 2 器械の名称及び数量 超音波洗浄装置 1 式

## 3 機器の構成

No.	メーカー	内 訳	規格等	数量
1	ホセライアス	真空超音波洗浄装置		
	【構成】	本体 (電気仕様)	USP1000E	1
		USP 専用ラック	USP-R	1
		ポート追加 (16 箇所)	USP-OP2	1
		吸引ポート (5mm)	USP-SP-5	32
		RO 装置	AR-250RT	1
		標準据付工事費一式 (運送費込み)		1

## 4 その他

- (1) 搬入設置、運転調整 (オンライン接続等含む) 及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式 (二次側) を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備 (器具) とするか、受けないよう保護設備を設けた設備 (器具) とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

## 5 搬入場所及び保守体制

- (1) 搬入場所

中央材料室

- (2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検 (定期交換部品代含む) を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること