

仕 様 書

- 1 入札番号 総病管第5ー50号
- 2 器械の名称及び数量 超音波診断装置(外科外来) 1式

3 機器の構成 (1)または(2)のいずれかとする

(1)

No.	メーカー	内 訳	数量
	【構成】		
1	日立製作所	超音波診断装置本体 Noblus	1
2		SSZ-D310 接続キット(HMC 本体接続費)	1
3		トレイユニット EZU-TY4	1
4		プローブ増設ユニット EZU-AB8	1
5		台車(国内向け) EZU-HC1N	1
6		オプション組み合わせ OP-SETUP-NOB	1
7		コントラスト機能 EZU-CH10	1
8		DICOM 転送機能 EZU-FC13	1
9		電子コンベックス深触子(腹部用) C251	1
10		穿刺ブランケット(C251 用) CIV-664-083	1
11		電子リニア深触子(表在、血管用) L441	1
12		穿刺ブランケット(L441 用) CIV-664-076	1
13		エコーコピア SSZ-X311	1

(2)

No.	メーカー	内 訳	数量
	【構成】		
1	BK メディカル	フレックスフォーカス 500 1202-9	1
2		コンベックスプローブ 8820E	1
3		リニアプローブ 18MHz 8870	1
4		生検アタッチメント 8820E、8823 用 UA1250	1
5		生検アタッチメント 8870 用 UA1251	1
6		ダイコム 1202 UA1206	1
7		モバイルキーボードドック UA1214	1
8		デジタルグラフィックプリンター UA4102	1

4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。

- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。