

# 仕 様 書

1 入札番号 総病管第 5-48 号

2 器械の名称及び数量 内視鏡ビデオシステム 1 式

## 3 機器の構成

No.	メーカー	内 訳	規格等	数量
	【構成】			
1	オリンパス	EVIS LUCERA ELITE ビデオシステムセンター	CV-290	1 台
2		高輝度光源装置	CLV-S290SL	1 台
3		ELITE 上部消化管汎用ビデオスコープ	GIF-H290Z	2 台
4		S o l e m i o 連携ソフト	MAJ-2018	1 式
5		IT セットアップ		1 式
6		モバイルワークステーション	WM-NP2 セット 1	1 台
7		CO2 ボンベホルダー	MAJ-1639	1 セット
8		Y/C ケーブル	MH-985	1
9		SDI ケーブル(2.5m)	MAJ-1951	2
10		SDI ケーブル(8.5m)	MAJ-1912	1 本
11		EVIS-EUS 接続ケーブル	MAJ-1711	1
12		EUS アームマウント	MAJ-1663	1 台
13		CV 通信変換器	MAJ-1916	1 式
14		周辺機器リモートケーブル	MAJ-1918	1 本
15		フットスイッチ	MAJ-1169	1 台
16		ラベルプリンタ(Sato 製)	ハード	1 台
17	エルベ	VIO200S エンドカットモデル本体	E12-1160 VIO200S	1 台
18		VIO201S ペダルフットスイッチ	E12-0964 20189-302	1 個
19	オリンパス	小腸ビデオスコープ	SIF-H290S	1 式

## 4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

## 5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。