

仕 様 書

1 入札番号 総病管第 62-1 号

2 器械の名称及び数量 流し台 1式

3 機器の構成

No.	メーカー	内 訳	規格等	数量
	エアウォーター防災	流し台		
	【構成】			
1		1 槽流し A (フットスイッチ式) ーフットスイッチ式シングルバー×2	W2400*H1700*D700	2
2		1 槽流し B (フットスイッチ式) ーフットスイッチ式シングルバー×2	W2400*H1700*D700 ※ダウインチ洗浄ホースは別途	1
3		1 槽流し C (フットスイッチ式) ーフットスイッチ式シングルバー×1 ーエアガン×1 ーベビーコンプレッサー×1	W1400*H1700*D700	1
4		2 槽流し A (フットスイッチ式) ーフットスイッチ式シングルバー×2 ーウォーターガン×1 ーエアガン×1 ーベビーコンプレッサー×1	W2400*H1700*D700	1
5		2 槽流し B (フットスイッチ式) ーフットスイッチ式シングルバー×2 ーウォーターガン×1 ーエアガン×1 ー大型コンプレッサー×1	W2400*H1700*D700	1
6		オペレーティングテーブル ートレバースケット用レール (サカヰ製) 付	W2000*H1650*D1400	3
7		器械戸棚 ー引き出し×6	W1200*H2800*450	3
		以上		

4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整 (オンライン接続等含む) 及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式 (二次側) を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備 (器具) とするか、受けないよう保護設備を設けた設備 (器具) とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

(7) 養生は受注者負担とする。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。