

# 仕 様 書

1 入札番号 総病管第5-2号

2 器械の名称及び数量 ICU ベッド 4 式

## 3 機器の構成

下記の(1)、(2)のいずれかとする。

(1)

No.	メーカー	内 訳	規格等	数量
		ICU ベッド		
	【構成】			
1	パラマウントベッド	ICU ベッド 特注：手元スイッチ2個仕様	KA-85132 型	4
2	パラマウントベッド	酸素ボンベホルダー	KC-83C	4
3	パラマウントベッド	酸素ボンベホルダー取付金具セット	KC-84A	4
4	パラマウントベッド	ベッドサイドレールスパーサー	KC-83A	4
5	パラマウントベッド	牽引装置	KA-83 型	2
6	パラマウントベッド	ベッドサイドテーブル	KF-190	4
7	モルテン	体圧分散式マットレスグランデ	MGRA83	4

(2)

No.	メーカー	内 訳	規格等	数量
		ICU ベッド		
	【構成】			
1	LINET	本体	スケール付、オレンジ色標準	4
2	LINET	IV ポール2本/台	プラスチック製4フック	4
3	LINET	エレガンザプロテクタ	左右一組	4
4	LINET	横型酸素ボンベホルダー		4
5	LINET	エクステンションシステムホルダー	エレガンザ3XC 用	2
6	モルテン	体圧分散式マットレスグランデ	MGRA83	4
7	シーボネス	サイドテーブル	PT-4000	4

## 4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

## 5 搬入場所及び保守体制

### (1) 搬入場所

静岡県立総合病院

### (2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。