

仕 様 書

1 入札番号 総病管第 5-11 号

2 器械の名称及び数量 耳鼻科内視鏡ビデオシステム 1 式

3 機器の構成

No.	メーカー	内 訳	規格等	数量
	【構成】			
1	オリンパス	ビデオシステムセンター	OTV-S190 N3643810	1 台
2	オリンパス	高輝度光源装置	CLV-S190 N3643910	1 台
3	EIZO	21.5 型液晶ワイドモニター	AMM215WTD N4540510	1 台
4	オリンパス	耳鼻咽喉ビデオスコープ	ENF-VH N3828310 ENF-VH	3 式
5	オリンパス	Solemio 情報ターミナル	IT-1 N2284800 IT-1	1 式
6	オリンパス	トロリー	N3063400 TC-A1	1 台
7	オリンパス	EVIS 磁気カードリーダー	MCR-E40 B SET 5756510 MCR-E40(B)	1 台
8	オリンパス	RGB ケーブル	MB-678 2285500 MB-678	1 本
9	オリンパス	ベースユニット	MAJ-1776 N3044200 MAJ-1776	1 台
10	オリンパス	RGB ケーブル	MB-678 2285500 MB-678	1 本
11	オリンパス	RGB ケーブル	MH-984 4926400	1 本
12	オリンパス	フットスイッチアダプター	MAJ-1263 N1386900 EU-C2000 ヱ	1 個
13	オリンパス	フットスイッチ	MB-332 GX2143	1 個
14		接続費		

4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。