

仕 様 書

- 1 入札番号 総病管第5-17号
- 2 器械の名称及び数量 ディスカッション顕微鏡 1式

3 機器の構成

下記の(1)、(2)のいずれかとする。

(1)

No	メーカー	内 訳	規格等	数量
	オリンパス	生物顕微鏡セット BX53		
		【仕様】		
1		・BX53 透過本体	BX53F	3
2		・100W ハロゲンランプハウス	U-LH100-3	3
3		・ハロゲンランプ	12V100WHAL-L	6
4		・電源コード	UYCP-11-D	6
5		・3芯2芯アダプタ	UYCP-AD32	6
6		・コード微分干渉6ヶ穴レボルバ	U-D6RES	3
7		・広視野三眼鏡筒	U-TR30-2	3
8		・透過アーム	BX3-ARM	3
9		・左下ハンドルステージ	U-SVLB-4	3
10		・2枚検鏡用右開クレンメル	U-HRD-4	3
11		・ステージハンドルゴム	U-SHG	3
12		・ハネノケコンデンサ	U-SC3	3
13		・観察用接眼レンズ	WHN10×	3
14		・ヘリコイド付き接眼レンズ	WHN10X-H	3
15		・対物レンズ 10倍	UPLFLN10X	3
16		・ノーカバー用対物レンズ 20倍	MPLFLN20×	3
17		・ノーカバー用対物レンズ 40倍	MPLFLN40×	3
18		・ノーカバー用対物レンズ 100倍	MPLAPON100X	3
19		・コード機能用コントロールボックス	U-CBS	3
20		ディスカッション装置		
21		【仕様】		
22		・マルチディスカッション鏡筒本体部	U-MDOB3	1
23		・マルチディスカッション鏡筒側視部	U-MDOSV-2	2
24		・双眼鏡筒	U-BI30-2	4
25		・観察用接眼レンズ	WHN10X	4
26		・ヘリコイド付接眼レンズ	WHN10X-H	4
27		・電源コード	UYCP-11-D	1
28		・3芯2芯アダプタ	UYCP-AD32	1
29		デジタルカメラ		
30		【仕様】		

31		・DP27カメラヘッド	DP27-CU	1
32		・DP22カメラヘッド	DP22-CU	2
33		・ソフトウェア cellSens Standard	CS-ST-SET	3
34		・Cマウントカメラアダプタ0.5×	U-TV0.5XC-3	3
35		顕微鏡カメラ画像連携費用		1

(2)

No	メーカー	内 訳	規格等	数量
1	ニコン	生物顕微鏡・NiU 本体部		3
2		スタンドアーム		3
3		三眼鏡筒 T		3
4		接眼レンズ CFI 10× (2ヶ)		3
5		左ハンドルセラミックステージ L2S		3
6		6 孔レボルバー		3
7		ハネノケアクロマートコンデンサー2~100×		3
8		対物レンズ CFI Plan 10×		3
9		対物レンズ CFI Plan 20×		3
10		対物レンズ CFI Plan NCG 40×		3
11		対物レンズ TU Plan Apo EPI 50×		3
12		対物レンズ TU Plan Apo EPI 100×		3
13		ティーチング装置 S-S 2 人用		2
14		ティーチング装置 MTH5 5 人用		1
15		顕微鏡用デジタルカメラ DS-FI3-L4		1
16		顕微鏡用デジタルカメラ DS-FI3 パソコン接続セット		2
17		TV 直筒 0.55×		3
18		C-0.55× d s リレーレンズ		3

4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

5 搬入場所及び保守体制

- (1) 搬入場所

静岡県立総合病院

- (2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。