

仕 様 書

1 入札番号 総病管第5ー13号

2 器械の名称及び数量 病理印字システム 1式

3 機器の構成

下記の(1)、(2)のいずれかとする。

(1)

No.	メーカー	内 訳	規格等	数量
1	松浪硝子工業	カセットプリンター	MCP2000	2式
		【付属品】		
		カセットマガジンベース6連		
		50個用マガジン6本		
		トレー1枚		
		USBケーブル1本		
		専用インクリボン1巻		
		専用蒸着フィルム1本		
		ドライバCD1枚		
		クリーニングキット1式		
		取扱説明書		
2		スライドガラスプリンター	MPM-001	5式
		【付属品】		
		スライドマガジン2個		
		スタッカー1個		
		USBケーブル1本		
		電源ケーブル1本		
		クリーニングキット1式		
		ドライバCD1枚		
		取扱説明書		
3		スライドプリンタ用制御PC	東芝 PR723MEA137AD31 相当	4式
4		Pathwindow ライセンス追加		4式
5		バーコードリーダー		4式
6		設置調整費		1式

(2)

No.	メーカー	内 訳	規格等	数量
1	武藤化学	マルチレーザーカセットプリンター	シリウス	2台
2		コンパクトスライドプリンター	PPM-SX	5台
3	松浪硝子工業	オンライン接続費		1式
		【構成】		
		カセットプリンター連携費用		2式
		スライドプリンター連携費用		5式
		スライドプリンター用制御PC		4式

		PathWindow ライセンス追加		4 式
		バーコードリーダー		4 式
		設置調整費		1 式

4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。