

静岡県立総合病院 X線CT診断装置の購入及び保守について  
提案書提出者選定評価基準

分類	No.	評価項目	評価事項	配点
機器概要	1	検出器列数	検出器列数はいくつか	4
	2	ガントリ開口	頭蓋固定器具等をつけたまま撮影できるか	2
	3	導入実績	他の大型病院への納入実績があるか	5
	4	撮影時の機器の動きについて	手術から撮影にスムーズに移行できるか	8
運用	5	騒音や振動の大きさ及び対策について	騒音や振動はどの程度か、また、それを低減させるための対策はされているか	7
	6	CT装置の床レールについて	床レールの制約(荷重、血液・薬品の曝露、清掃のしやすさ等)が少ないか	7
	7	手術環境	手術の容易さ	8
	8	術中のトラブル対策について	固定器具がついたまま撮影する患者の清潔維持や、患者及び手術台との接触について対策がなされているか	7
	9	稼働率アップの方法についての提案	稼働率を上げ、収益を生むためにどのような提案ができるか	7
保守	10	保守体制について	保守連絡体制(要請時の処理フロー、到着に要する時間等)はどうなっているか	5
	11	術中の故障に対する緊急対応について	術中の故障に対する緊急対応はどのようなものか	5
	12	最適な保守プランの提案	ランニングコストを抑えるために、どの程度の保守プラン(定期点検の回数、金額等)を組むのが最適か	5
金額	13	見積金額の評価	価格点＝30点×(最低見積金額/提案者の提示する見積金額)	30
				100