

# 仕 様 書

1 入札番号 総病管第5-23号

2 器械の名称及び数量 コードレスドライバー 2式

3 機器の構成 (1)、(2)のいずれかとする。

(1)

No	メーカー	内 訳	規格等	数量
1	日本ストライカー	コードレスドライバー4		2 式
	【内訳】	コードレスドライバー4ハンドピース	4405-000-000	2 台
		ピンコレット 2.0-3.2mm	OR-4100-125	2 個
		ワイヤーコレット 0.7-1.8mm	OR-410062	2 個
		ヤコブスドリル 6.4mm	OR-4100-131	2 個
		ヤコブスドリル 3.2mm	OR-4100-132	2 個
		AOドリルコードレス/TPS ユニバーサルドライバー用	OR-4100-110	2 個
		システム 6 バッテリースモール	6212-000-000	4個

(2)

No	メーカー	内 訳	規格等	数量
1	ジンマーバイオメット	骨手術電動器		2 式
	【内訳】	ホール 50 2トリガーハンドピース	PR-7200-B00-00	2
		リチウムチャージャー	L3-0000-000-00	1
		リチウムバッテリー	L3-0000-G00-00	8
		ヤコブスチャック 6.4mm	PR-2041-000-00	2
		ヤコブスチャック 4.0mm	PR-2030-000-00	2
		ワイヤードライバー	PR-6228-000-00	2
		スモール AO ドリルアタッチメント	PR-2038-000-00	2
		トリンケル AO チャック	PR-2029-000-00	2
		ピンドライバー	PR-6240-000-00	2

4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

## 5 搬入場所及び保守体制

### (1) 搬入場所

静岡県立総合病院

### (2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。