

仕 様 書

入札番号	総病新第 7 - 3 号
部署・部屋名	先端医学棟 4 階 HCU 1 床室13～20（別添平面図のとおり）
調達機器名	メディカルハンガー
調達数量	8 台

1. 機器の構成（一式の構成）

1-1 メディカルハンガーユニット 8 台

4階：HCU 1 床室13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 （各部屋 1 台）

2. メディカルハンガーユニットの仕様

- 2-1 天井懸架式であること
- 2-2 本体フレームにはスライド可能なアーム式コンソールボックスが懸垂されたユニットであること
- 2-3 アーム式コンソールボックスのスライド幅は600mm以上であること。尚、スライド幅の中心が室内横幅寸法の中心となるよう本体を設置すること
- 2-4 アームの長さは400mm以上とし、アーム及びコンソールボックスには300度以上の回転機能を有すること
- 2-5 アーム式コンソールボックスにはエアブレーキ又は機械式ブレーキ機能を有すること
- 2-6 ブレーキ解除スイッチ又はハンドルはアームの回転と、スライド毎に有すること
- 2-7 ブレーキ解除スイッチ又はハンドルはアーム式コンソールボックス本体若しくはスイングアームに装備されていること
- 2-8 フレーム上部面にはLEDまたは蛍光灯の調光式間接照明を有すること
- 2-9 コンソールボックスには以下の設備を有すること
 - ・電気設備：ダブルコンセント×6個、医用接地端子×2個、過電流警報装置（20A用）×2台
 - ・間接照明用スイッチ（調光式）×1ヶ所
 - ・医療ガスアウトレット：O×2ヶ、A×1ヶ、V×1ヶ（コンソールボックス正面）
：O×2ヶ、A×1ヶ、V×2ヶ（コンソールボックス裏面）
 - ・弱電設備：設備用プレート（ブランクチップ 1連付）
 - ・弱電設備：ナースコール用ブランクプレート（ブランクチップ 3連付）
 - ・吸引ピン用メディカルレール×2ヶ所（コンソールボックス正面・裏面の最下部）
 - ・ケーブル固定用メディカルレール×2ヶ所以上（コンソールボックス右側面・左側面の中間、2ヶ所以上の場合は最上部含む）
- 2-10 コンソールボックスに装備される医療ガスアウトレット（O、A、V）は、着脱時に供給エリアの元バルブを閉じる必要がない様に閉止機構付であること
- 2-11 建築工事にて用意される補強架台に本体を設置するためのインターフェイス変換プレートは本体に含むこと

3. その他

- 3-1 納入の際、輸送・搬入・据付工事を行うこと
- 3-2 納入の際、二次側接続配管・配線工事を行うこと
- 3-3 納入の際、動作確認を行うこと
- 3-4 納入後より翌年度の末日まで性能保証をし、その期間に発生した初期不良又は製造元に原因が帰するものについては、無償で修理又は取替を行うこと