

仕 様 書

1 入札番号 総病管第 5-24 号

2 器械の名称及び数量 手術顕微鏡 1 式

3 機器の構成 下記の (1)、(2) のいずれかとする。

(1)

No.	メーカー	内 訳	数量
1	カールツァイスメ ディテック	OPMI PENTERO800	1 式
	【構成】		
1.1		本体	
1.2		HD カメラ内臓	
1.3		術中血管観察モジュール	
1.4		対面観察用フォルダブルチューブ	1
1.5		拡大パーツ	2
1.6		同上用ハイビジョンモニタシステム	1 式
1.7		32 型液晶カラーモニタシステム MLW-3226C	
1.8		USB-HDD・ブルーレイレコーダー HVO-1000MD	
1.9		同上用ポータブル HDD	
1.10		同上用小型液晶タッチパネル	
1.11		接続ケーブル	
1.12		ワゴン台車(アイソレーショントランス付) WL-131L	1

(2)

No.	メーカー	内 訳	数量
2	ライカマイクロス テムス	手術用顕微鏡システム	
	【構成】		
2.1		本体 M5300H6	1 式
2.2		双方向可変鏡筒(術者用鏡筒＋対面助手鏡筒)	1
2.3		ワイヤレスフットスイッチ	1
2.4		ICG 血流蛍光観察システム FL800	1
2.5		高倍率アダプター(1.4 倍)	1
2.6		フルハイビジョンカメラ(顕微鏡内臓ライカモデル)	1
2.7		27 型医療用液晶モニタ(顕微鏡搭載) LMD2765	1
2.8		ハイビジョン映像システム	1 式
2.9		構成	
2.10		ワゴン台車用液晶モニタ	1
2.11		ワゴン台車	1
2.12		USB-HDD・ブルーレイレコーダ HVO-1000MI	1
2.13		メンテナンス費(セッティング・搬送作業費)	1

4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

5 搬入場所及び保守体制

- (1) 搬入場所

静岡県立総合病院

- (2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。