

# 仕 様 書

1 入札番号 総病管第5-25号

2 器械の名称及び数量 赤外線観察カメラシステム(ハンディタイプ) 1式

3 機器の構成 (1)、(2)のいずれかとする。

(1)

No	メーカー	内 訳	規格等	数量
1	浜松ホトニクス	Pde-neo(蛍 MAPPING 付)		
	【内訳】	本体		1 台
		SD/USB レコーダー		1 台
		23.8 インチ 液晶ディスプレイ		1 台
		架台		1 台

(2)

No	メーカー	内 訳	規格等	数量
1	瑞穂医科	近赤外カラーカメラシステム MNIRC-501		1 式
	【内訳】	MNIRC-501 カメラユニット	08-704-00	1
		MNIRC-501 コントローラユニット		1
		AC アダプタ MNIRC-501 用		1
		電源コード	08-704-13	1
		22 インチカラーモニタ(接続ケーブル)		1
		架台		1

## 4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けのないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

## 5 搬入場所及び保守体制

- (1) 搬入場所  
静岡県立総合病院

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。