

仕 様 書

1 入札番号 総病管第5ー31号

2 器械の名称及び数量 人工呼吸器 2式

3 機器の構成 (1)(2)のいずれかとする

(1)

No	メーカー	内 訳 規格等	数量
1	トレゲル	人工呼吸器 V300	2式
2		PC-PSV	2
3		Auto Flow	2
4		VC-MMV	2
5		ATC	2
6		NIV	2
7		Monitoring plus	2
8		Smart Care(CO2 モニタリング含)	2
9		Humidifier holder,DIN rail	2
10		ウォーターバックポール 900MR290	2
11		エレクトリカルアダプター デュアル 900MR805	2
12		温度センサーケーブル 900MR869	2
13		加温加湿器 MR850	2
14		レールブラケット 900MR088	2

(2)

No	メーカー	内 訳 規格等	数量
1	フクダ電子	汎用人工呼吸器(サボベンチレーションシステム) SERVO U	2台
2		モバイルカート U/n用 Sa-6693695	2台
3		専用ボックス U/n用 Sa-6693707	2個
4		ケーブルホルダー U/n用 Sa-6693747	2個
5		Yピースホルダー/フック U/n用 Sa-66880548	2個
6		支持アーム 178 Sa-6693715	2個
7		加湿器ホルダー U/n用 Sa-6693735	2個
8		MK ホース O2・K・3 Sa-Mkhouse-02K3	2本
9		MK ホース Air・K・3 Sa-Mkhouse-AirK3	2本
10		MR850 加温加湿器 MR850GJU	2台
11		温度センサ 1.5M MR850用 900MR869	2個
12		DH ヒータ付アダプタ MR850RT用 900MR805	2個
13		IV ポール U/n用 Sa-6693722	2個

14		900MR012 ポール直 1M 900MR012	2 個
15		USB メモリ U/n 用 Sa-6880101	2 個
16		呼気カセット U 用 Sa-6693752	2 個
17		コントロールケーブル 1.7M Sa-6647858	2 個
18		超音波ネブライザーユニット Sa-6647841	2 個
19		フィルターキャップ 5 個入 Sa-6647866	2 個
20		T 型アダプタープラグ 5 個入 Sa-6647874	2 個
21		成人用プラグ付 T 型アダプター 5 個入 Sa-6647817	2 個
22		ソフト(NIV オプション) U 用 Sa-6880513	2 個
23		O2 センサ(超音波式 SERVO 用) Sa-6671467	2 個
24		ソフト(オートモードオプション) U 用 Sa-6693655	2 個
25		ソフト(EtCO2 オプション) U 用 Sa-6693680	2 個
26		CO2 モジュール カプノスタット 5 用 Sa-6881766	2 個
27		カプノスタット 5 センサ 1015928	2 個
28		センサーCO2(成人・小児) ディスポ Nv-6063-00	2 箱

4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。