

仕 様 書

- 1 入札番号 総病管第5-33号
- 2 器械の名称及び数量 睡眠ポリソムノグラフィー検査 (PSG) 装置 2式
- 3 機器の構成 (1) (2)のいずれかとする

(1)

No	メーカー	内 訳 規格等	数量
1	フィリップス・レスピロニクス	Alice6 LDx 基本セット	2式
2		構成	
3		Alice6 基本セット 1063315	2
4		(Alice6LDx 本体・患者ケーブル・ショルダーストラップ・AC電源・ACアダプター)	
5		Alice6 LDxS ヘッドボックス(Alice6 専用) 1063553	2
6		センサー類1式	2
7		AXIS P5514RTZ ネットワークカメラ 1128948	2
8		赤外線投光器 C-VDI-IR10 1113787	2
9		AXIS t8120PoE ミッドスパン 1128949	2
10		オーディオ I/O ケーブル P55 (5m)	2
11		Alice6 用解析デスクトップ PC 本体 1106506	2
12		Alice6 用解析モニター 1106507	2
13		Alice6 用解析ノートパソコン 1106508	2
14		ギガビットイーサネットワークスイッチ(5ポート) 1106515	2
15		ギガビット対応カテゴリ 6LAN ケーブル(2m) 1106513	2
16		マイクロフォンアンプ 1106510	2
17		モノラルマイクロホン 1106509	2

(2)

No	メーカー	内 訳 規格等	数量
1	フクダ電子	PSG 検査器械	2
2		内訳	
3		ソムノスクリーン BT-EEG32ch	2
4		ソムノ BT ノート PC Somno PC-N	2
5		ソムノ BT デスクトップ PC Somno PC-D	2
6		OmniLab コネクト 1111076	2
7		OmniLab ダイレクト 1121653	2
8		PSG ケーブル mono 3.5m 332376	2
9		ADC ボード SSC083	2

10	BT 受信機内臓カメラ	2
----	-------------	---

4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

5 搬入場所及び保守体制

(1) 搬入場所

静岡県立総合病院

(2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。