

# 仕 様 書

- 1 入札番号 総病管第5－36号
- 2 器械の名称及び数量 超音波診断装置(外科手術室) 1式
- 3 機器の構成 (1)、(2)のいずれかとする

No	メーカー	内容	品番	数量
1	日立製作所	超音波診断装置	ARIETTA70	1式
2		内訳		
3		本体	ARIETTA70	1
4		デジタルエコーコピー	SSZ-D310	1
5		白黒プリンタ接続キット	PM-AR70-H001	1
6		デジタルエコーコピー	SSZ-D710	1
7		カラープリンタ接続キット	PM-AR70-H002	1
8		B/W-CLP(S)搭載台セット	MP-FX-AR70-31	1
9		アルファニューメリックキーボードユニット	EU-9165	1
10		アナログビデオ信号入出力ユニット	EU-9167	1
11		DICOM ネットワーク通信機能ソフト	SOP-ARIETTA70-10	1
12		Real-time Tissue Elastography ソフト	SOP-ARIETTA70-43	1
13		Dynamic Slow-motion Display ソフト	SOP-ARIETTA70-57	1
14		リアルタイムティッシュ エラストグラフィ ストレインヒストグラムソフト	SOP-ARIETTA70-60	1
15		Picture in Picture ソフト	SOP-ARIETTA70-63	1
16		プローブハンガー	EZU-TH7	1
17		Contrast Harmonic Imaging ソフト	CHM-ARIETTA70	1
18		電子コンベックス深触子(腹部用)	C251	1
19		電子コンベックス深触子(腹部穿刺用)	C22K	1
20		電子コンベックス深触子(術中 T 用)	C42T	1
21		電子コンベックス深触子(術中 T 用)	L44K	1
22		術中用リニア深触子(ドロップイン)〈26mm〉	TGT-L43K	1
23		術中用リニア深触子(4 方向屈曲)〈36mm〉	TGT-L44LA	1
24		穿刺ガイドブランケット	CIV-614-108	1

No	メーカー	内容	品番	数量
1	BK メディカル	プロフォーカスウルトラビュー800		1式
2		内訳		
3		本体	`2202-8	1
4		ラパロ用屈曲タイプ	8666-RF	1
5		術中用 I 型	8815	1
6		術中用 T 型	8816	1
7		スモールコンベックス 1.8-6MHz	8823	1
8		リニアプローブ 18MHz	8870	1
9		ピクチャインピクチャー 2202 用	UA2205	1
10		DICOM 2202 用	UA2206	1
11		コントラストイメージング 2202 用		1

12		デジタルグラフィックプリンター	UA4102	1
13		生検アタッチメント 8820E、8823 用、8870 用	UA1250、UA1251	1
14		ラパロ ロボティックサージェリー用	8826	1

#### 4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

#### 5 搬入場所及び保守体制

##### (1) 搬入場所

静岡県立総合病院

##### (2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。