

# 仕 様 書

1 入札番号 総病管第5ー40号

2 器械の名称及び数量 電動マイクロドリルシステム 1式

## 3 機器の構成

メーカー	品名	品番	数量
日本ストライカー	TPS コア電動マイクロドリルシステム		1式
	内訳		
	コアコンソール	5400-050-000	1
	シグネチャーハイトライブプラスドリル	5407-300-000	2
	シグネチャーハイトライブプラス/コアセーバーハンドスイッチ	5400-121-000	2
	シグネチャーエリートストレートアタッチメント 12cm	5407-120-470	2
	シグネチャーエリートアングルアタッチメント 12cm	5407-120-472	2
	レム B サジタルソー	6400-034-000	1
	レム B レシプロケーティングソー	6400-037-000	1
	レム B オシレーティングソー	6400-031-000	1
	レム B ハンドスイッチ	6400-009-000	3
	TPS 標準ケーブル	OR-5100-004	3

## 4 その他

- (1) 搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。
- (2) 機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一式（二次側）を含む。
- (3) 本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 主要諸元はメーカーの仕様による。
- (5) 接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とするか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。
- (6) 電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

## 5 搬入場所及び保守体制

### (1) 搬入場所

静岡県立総合病院

### (2) 保守体制

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含む）を無償ですること。

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。